



1. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 1992-4163-0121

Nr.: 1992-4163-0242

Udgave: 1

Dato: 1992-12-15

Gyldig til 1994-02-28

Systembetegnelse: TS 27.01  
020

Typogodkendelse udstedt i henhold til §15 i Statens Metrologiråds bekendtgørelse nr. 749 af 7. november 1989 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

## VARMEENERGIMÅLER

<b>Producent</b>	LANDIS & GYR, Tyskland.
<b>Ansøger</b>	Landis & Gyr Måleteknik A/S, Vejle.
<b>Art</b>	Varmeenergimåler.
<b>Type</b>	SONOGRY WSC2.
<b>Anvendelse</b>	Måling af varmeenergi i henhold til OIML R75.

Varmeenergimåleren er herefter også godkendt med Pt 500 temperaturfølere som følger:

Fabrikat	:	Frøde Pedersen & Co.
Type	:	BS nr. 1814021

Temperaturfølerne udstyres med typeskilt, som indeholder fabrikat, type, serienr. og Pt 500.

Der er derudover ingen ændringer i typogodkendelsen af varmeenergimåleren.

### DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1992-4163-0242.

Typeprøvningsrapport: ElektronikCentralen,  
nr. 381520 af 8. maj 1991 og  
nr. 381620 af 10. maj 1991.

J. Kaavé

### BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typogodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.