

2. tillæg til TYPEGODKENDELSESATTEST 1999-7053-1336		Nr.: 08-3641										
		Udgave: 1										
		Dato: 2006-09-14										
Gyldig til: 2014-06-01		Systembetegnelse: TS 27.01 091										
<div><h1>VOLUMENMÅLER</h1><h2>GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE</h2></div> <table><tr><td>Producent</td><td>Brunata A/S</td></tr><tr><td>Ansøger</td><td>Brunata A/S, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev</td></tr><tr><td>Art</td><td>Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler.</td></tr><tr><td>Type</td><td>HGQ eller HGS med standard elektronik med display og pulsudgang (-70 til -79), eller med standard elektronik med pulsudgang alene (-07) eller med OEM elektronik i blackbox med pulsudgang alene (-07S).</td></tr><tr><td>Anvendelse</td><td>Som volumenmåler eller volumenmålerdel til måling af fjernvarme i h.t. EN 1434. Hermed er måleren også godkendt som miljøklasse C. Øvrige legale måledat uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1999-7053-1336.</td></tr></table> <p>Tillæg der er omfattet af gyldighedsforlængelsen:</p> <p>1. tillæg sagsnr. 1999-7053-1397</p> <p>Keld Palner Jacobsen</p>			Producent	Brunata A/S	Ansøger	Brunata A/S, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev	Art	Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler.	Type	HGQ eller HGS med standard elektronik med display og pulsudgang (-70 til -79), eller med standard elektronik med pulsudgang alene (-07) eller med OEM elektronik i blackbox med pulsudgang alene (-07S).	Anvendelse	Som volumenmåler eller volumenmålerdel til måling af fjernvarme i h.t. EN 1434. Hermed er måleren også godkendt som miljøklasse C. Øvrige legale måledat uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1999-7053-1336.
Producent	Brunata A/S											
Ansøger	Brunata A/S, Vesterlundvej 14, 2730 Herlev											
Art	Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler.											
Type	HGQ eller HGS med standard elektronik med display og pulsudgang (-70 til -79), eller med standard elektronik med pulsudgang alene (-07) eller med OEM elektronik i blackbox med pulsudgang alene (-07S).											
Anvendelse	Som volumenmåler eller volumenmålerdel til måling af fjernvarme i h.t. EN 1434. Hermed er måleren også godkendt som miljøklasse C. Øvrige legale måledat uændret i forhold til beskrivelse i attest nr. 1999-7053-1336.											
BEMÆRK: Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.												