



**4. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
Nr. 1995-4163-766**

Nr.: 1997-4163-1055

Udgave: 1

Dato: 1998-04-07

Gyldig til 2005-11-20

Systembetegnelse: TS <sup>27.01</sup><sub>062</sub>

Typegodkendelse udstedt i henhold til § 16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

**BEREGNINGSENHED  
TIL  
VARMEENERGIMÅLER**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Producent</b>  | Kamstrup A/S, 8660 Skanderborg                             |
| <b>Ansøger</b>    | Kamstrup A/S, 8660 Skanderborg                             |
| <b>Art</b>        | Beregningsenhed til varmeenergimåler                       |
| <b>Type</b>       | MULTICAL III   |
| <b>Anvendelse</b> | Beregningsenhed for varmeenergimåler i henhold til DS 2340 |

Beregningsenheden er herefter også godkendt til volumenregistrering.

Når beregningsenheden er påført årsmærke med teksten:

"Verifikationen gælder energi og volumen",

kan beregningsenheden opsættes til enten energi- eller Volumenregistrering.

Den valgte opsætning, f.eks. kWh eller m<sup>3</sup>, vil fremgå af beregningsenhedens display.

**DOKUMENTATION**

Ansøgning nr. 1997-4163-1055.

J. Kaavé

**BEMÆRK !**

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.