



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1992-4163-0248		Nr.: 1993-4163-0395														
		Udgave: 1														
		Dato: 1995-03-01														
Gyldig til 1996-10-31	Systembetegnelse: TS 27.01 034															
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <h2 style="text-align: center;">VOLUMENMÅLERUNDERPART</h2> <table><tr><td>Producent</td><td>Flonidan Gas Division A/S, Horsens.</td></tr><tr><td>Ansøger</td><td>Flonidan Gas Division A/S, Horsens.</td></tr><tr><td>Art</td><td>Volumenmålerunderpart.</td></tr><tr><td>Type</td><td>MK-sensor.</td></tr><tr><td>Anvendelse</td><td>Volumenpulsgiver i henhold til DS 2340.</td></tr></table> <p>Volumenmålerunderparten er herefter også godkendt med følgende ændring:</p> <p>Montage af beregningsenhed på volumenmålerunderparten ændres fra kliklås til skruer for at opnå forbedret mekanisk samling.</p> <table><tr><td>DOKUMENTATION</td><td>Ansøgning nr. 1993-4163-0395.</td></tr><tr><td></td><td>J. Kaavé</td></tr></table>			Producent	Flonidan Gas Division A/S, Horsens.	Ansøger	Flonidan Gas Division A/S, Horsens.	Art	Volumenmålerunderpart.	Type	MK-sensor.	Anvendelse	Volumenpulsgiver i henhold til DS 2340.	DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1993-4163-0395.		J. Kaavé
Producent	Flonidan Gas Division A/S, Horsens.															
Ansøger	Flonidan Gas Division A/S, Horsens.															
Art	Volumenmålerunderpart.															
Type	MK-sensor.															
Anvendelse	Volumenpulsgiver i henhold til DS 2340.															
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1993-4163-0395.															
	J. Kaavé															
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.																