Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



4. TILLÆG TIL

TYPEGODKENDELSESATTEST

1993-4163-500

varme i afregningsøjemed.

Nr.: 1995-4163-0721

Udgave: 1

Dato: 1996-08-15

Gyldig til 2003-11-30 Systembetegnelse: TS

27.01 044

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens

VARMEENERGIMÅLER

bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjern-

Producent

Ansøger

Art

Type

Anvendelse

LANDIS & GYR, Tyskland.

Landis & Gyr Måleteknik A/S, Vejle.

Varmeenergimåler.

SONOGYR WSD 2.

Måling af varmeenergi i henhold til OIML R 75.

Varmeenergimåleren er herefter også godkendt som følger:

1. Plombering af beregningsenheden.

Hvis beregningsenheden er forsynet med en skydeklap med ramme, anbringes en forseglingsmærkat over "udløsehullet/ knappen" til udgangsstikket således, at udgangsstikket bliver forseglet.

Følere af fabrikat Sonogyr.

Følertyper:

WTS 5 - 431 DK

WTS 5 - 432 DK

WTS 5 - 436 DK

Følermodstand: Pt 500

Kabellængde: 1,5 m, 2,5 m eller 6 m.

Der er derudover ingen ændringer i typegodkendelsen af varmeenergimåleren.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1995-4163-0721.

J. Kaavé.

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.