



1. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST

1988-763/000-948

Nr.: 1991-763/000-1423

Udgave: 1.

Dato: 21.11.1991

Gyldig til 1999-12-31

Systembetegnelse: IV-278s

## VOLUMEN-VÆSKEMÅLER

### GYLDIGHEDSFORLÆNGELSE

**Producent** Avery Hardoll Ltd., England.

**Ansøger** Scanfilter, Hedehusene.

**Art** Rotorlamelmåler med elektronisk tælleværk.

**Typer**

BM 250,	2.5"
BM 950,	3"
BM 450,	3
BM 550,	4"
BM 650,	4"
BM 750,	6"
BM 850,	6"

**Anvendelse** Udmåling af benzin, petroleum, gasolie eller luftfri smøreolie.

Ændring i mindste verificerede udmåling.

<b>Mindste verificerede udmåling</b>	BM 250, BM 950	100 liter
	BM 450, 550, 650, 750, 850	200 liter

Ændring i plombering.

**Plombering** Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe med verifikationsmærke.  
Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke:

Dækslet over tandhjulsudvekslingerne gennem huller i 2 skruer i dækslets underste flange. Tælleværk samt impulsgiver sikres imod åbning samt til måleorgan.  
Industri- og Handelsstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

Claudi Johansen

**BEMÆRK!**

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.