



4. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
1988-763/000-0896

Nr.: 1996-4163-0922

Udgave: 1

Dato: 1998-10-01

Gyldig til 2008-06-30

Systembetegnelse: IV - 266 cs

## MÅLEANLÆG

**Producent** Gilbarco Ltd., England, Logitron SpA, Italien og DOMS, Glostrup.

**Ansøger** Dansk Olie Måler Service A/S, Glostrup.

**Art** Dobbelt multistander med elektronisk tælleværk.

**Type** Q8, version 3+3 (dobbelt 3-produkt blendstander)  
Q8, version 3+2 (3-produkt blend + 2-produkt blend)  
Q8, version 3+2 (3-produkt blend + 2-produktstander)  
Q8, version 3+1 (3-produkt blend + 1-produktstander)  
Q8, version 2+2 (dobbelt 2-produkt blendstander)  
Q8, version 2+2 (2-produkt blend + 2-produktstander)  
Q8, version 2+2 (dobbelt 2-produktstander)

**Anvendelse** Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

**1. LEGALE MÅLEDATA** Uændret fra attest nr. 1988-763/000-0896 og efterfølgende tillæg.

### 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

**Plombering** Den indre elektronikenhed model PUMA sikres imod åbning ved plombe-tråd gennem et håndtag hvorefter tråden føres gennem et 3 mm hul nedst i lugen til elektronikenheden og forsynes med løs plombe med verifikationsmærke. Tråden skal være så kort som muligt.

Øvrige bestemmelser uændret fra attest nr. 1988-763/000-0896 og efterfølgende tillæg.

**3. KONSTRUKTION** Hermed er standeren godkendt med ændret plombering af elektronikenheden.  
Denne ændring kan anvendes hvor betalingssystem "Quicktank" er monteret således, at det forhindrer kontrol af plombering på elektronikenheden "PUMA".

Øvrige konstruktion uændret fra attest nr. 1988-763/000-0896 og efterfølgende tillæg.

**4. DOKUMENTATION** Ansøgning nr. 1996-4163-0922.

P. Claudi Johansen

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.