



2. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1993-4163-378

Nr.: 1996-4163-0881

Udgave: 1

Dato: 1996-10-01

Gyldig til 2003-12-31

Systembetegnelse: IV - 302

VOLUMENMÅLER

Producent Proces-Data Silkeborg Aps, Navervej 10, 8600 Silkeborg.
Ansøger VM Tarm A/S, Tværvej 25, 6880 Tarm.
Art Elektromagnetisk induktiv volumenflowmåler.
Type Indikator : Type PD 4000
Flowdel(e) : Type PD 340, str. C25, C38, C51, C63 og C76.
Anvendelse Volumenmåling af mælkeprodukter, pilsnerøl m.v.
til stationær og mobil anvendelse.

Målerne er hermed også godkendt til måling af pilsnerøl under følgende forudsætninger.

- Væsketryk ved udlevering > 0,8 bar (overtryk).
- Verifikation kan foretages som både kategori I og kategori II væsker.

Målerne kan verificeres med nedsat max. flowhastighed (on-site nedmærkning), dog således at forholdet mellem min. og max. flowhastighed altid er mindst 1:5.

Qmin. er fortsat som anført i typegodkendelsesattest nr. 1993-4163-378.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1996-4163-0881.

P. Claudi Johansen.

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.