

MÅLETEKNISK MEDDELELSE

MM.215

15. december 2005

Side 1 af 4

Erstatter MM.144

Gyldighedsperiode for typegodkendelser mm.

- betydning for førstegangsverifikation/reverifikation
- hvem kan søge om gyldighedsforlængelse
og
- **overgangsordning i forbindelse med ikrafttræden af EU-direktiv for måleinstrumenter (MID)**

Baggrund

Den 29. oktober 2006 træder EU-direktiv for måleinstrumenter (MID) i kraft. Dette direktiv erstatter de nugældende nationale regler for vandmålere, gasmålere, elmålere, varmeenergimålere, målesystemer til andre væsker end vand, visse typer automatiske vægte og længdemål. Direktivet indeholder overgangsregler for gyldigheden af de typegodkendelser, som er udstedt i henhold nugældende regler for førnævnte typer af måleinstrumenter.

METROLOGI

Dyregårdsvej 5B
DK-2740 Skovlunde

Tlf 7733 9500
Fax 7733 9501
CVR-nr. 26 89 93 89
danak@danak.dk
www.dansk-metrologik.dk

Formål

Formålet med denne måletekniske meddelelse (MM) er at give en oversigt over reglerne for gyldighedsperiode / gyldighedsforlængelse af typegodkendelser, herunder de særlige overgangsregler for de typer af måleinstrumenter, som er omfattet af MID.

1. Anvendelse af bestemte termer

1.1. I denne måletekniske meddelelse (MM) er for nemheds skyld brugt ordet ”typegodkendelse” for nedenstående termer. Det skal understreges, at for andre aspekter end dem, der er omtalt i denne MM, er betydningen af disse termer forskellig.

1.1.1. Termen ”typegodkendelsesattest” der anvendes i nationale bestemmelser for måleteknisk kontrol, i EF-direktiver, som ikke er udstedt iht. den nye metode samt i EF-direktiv for ikke-automatiske vægte.

1.1.2. Termen ”typeafprøvningsattest” der anvendes i EF-direktiv for måleinstrumenter (MID).

1.1.3. Termen ”konstruktionsundersøgelsesattest” der anvendes i EF-direktiv for måleinstrumenter (MID).

1.2. I denne måletekniske meddelelse (MM) er for nemheds skyld brugt ordet ”førstegangsverifikation” for nedenstående termer. Det skal understreges, at for andre aspekter end dem, der er omtalt i denne MM, er betydningen af disse termer forskellig.

- 1.2.1. Termen ”førstegangsverifikation” der anvendes i nationale bestemmelser for måleteknisk kontrol samt i EF-direktiver, som ikke er udstedt iht. den nye metode.
- 1.2.2. Termen ”EF-verifikation” der anvendes i EF-direktiv for ikke-automatiske vægte.
- 1.2.3. Termen ”EF-erklæring om typeoverensstemmelse” der anvendes i EF-direktiv for ikke-automatiske vægte samt i EF-direktiv for måleinstrumenter (MID).
- 1.2.4. Termen ”produktverifikation” der anvendes i EF-direktiv for måleinstrumenter (MID).

2. Generelt om typegodkendelse og gyldighedsperiode

- 2.1. En typegodkendelse for et udstyr er en bekræftelse på, at det pågældende instrument opfylder de krav, der er stillet til denne kategori udstyr. Typegodkendelser udstedes til den, som har søgt om godkendelsen - ansøgeren. Kun ansøger (eller en, der har fuldmagt fra ansøger) har ret til at søge godkendelse af ændringer og tilføjelser til en typegodkendelse, eller til at søge om gyldighedsforlængelse.
- 2.2. Typegodkendelser udstedes som gældende i en nærmere angivet tidsperiode kaldet gyldighedsperioden. I denne periode kan måleinstrumenter af den af godkendelsen omhandlede type førstegangsverificeres iht. de i attesten nærmere angivne betingelser. Når gyldighedsperioden er udløbet, kan måleinstrumenter af den af typegodkendelsen omhandlede type ikke mere førstegangsverificeres. I brug værende instrumenter, som allerede er førstegangsverificerede, kan re-verificeres også efter udløb af gyldighedsperioden, såfremt de fortsat opfylder betingelserne i den oprindelige typegodkendelse.

3. Længde af gyldighedsperiode for typegodkendelser

- 3.1. Nationale typegodkendelser for vandmålere, gasmålere, elmålere, varmeenergimålere, målesystemer til andre væsker end vand, visse typer automatiske vægte og længdemål:
 - Indtil 29. oktober 2006 gælder bestemmelserne i 3.2 (se dog punkt 5 om særlige overgangsbestemmelser).
 - Fra 30. oktober 2006 gælder bestemmelserne i 3.3.

3.2. Nationale typegodkendelser for andre måleinstrumenter:

Nationale typegodkendelser udstedes normalt med en gyldighedsperiode på 2 år. I særlige tilfælde, som fx instrumenter, der anvender ny teknologi eller benyttes til specielle anvendelsesområder, kan der afviges herfra. Dette vil i så fald være angivet i typegodkendelsesattesten.

3.3. EF-typegodkendelser iht. EF-direktiver, som ikke er udstedt iht. den nye metode, EF-direktiv for ikke-automatiske vægte samt MID:

EF-typegodkendelser udstedes normalt for en periode af 10 år. I særlige tilfælde, som fx instrumenter, der anvender ny teknologi eller benyttes til specielle anvendelsesområder, kan der afviges herfra. Dette vil i så fald være angivet i typegodkendelsesattesten.

4. Forlængelse af gyldighedsperiode

4.1. Nationale typegodkendelser for vandmålere, gasmålere, elmålere, vameenergimålere, målesystemer til andre væsker end vand, visse typer automatiske vægte og længdemål:

- Indtil 29. oktober 2006 gælder bestemmelserne i 4.2 (se dog punkt 5 om særlige overgangsbestemmelser).
- Efter 30. oktober 2006 kan disse typegodkendelser ikke forlænges.

4.2. Nationale typegodkendelser for andre måleinstrumenter:

En typegodkendelse kan søges forlænget inden gyldighedsperiodens udløb. Såfremt der ikke i den første periode har vist sig problemer med udstyret, og der i øvrigt ikke er ændringer i forhold til typegodkendelsen, vil en gyldighedsforlængelse blive givet. Nationale typegodkendelser forlænges normalt med en periode af 8 år til en sammenlagt gyldighedsperiode på 10 år. Herefter kan der gyldighedsforlænges yderligere for 10 år ad gangen.

4.3. EF-typegodkendelser iht. EF-direktiver, som ikke er udstedt iht. den nye metode, og som omhandler de typer af måleinstrumenter, som er omfattet af MID (dvs. små vandmålere, gasmålere, elmålere, målesystemer til andre væsker end vand, visse type automatiske vægte og længdemål):

- Indtil 29. oktober 2006 gælder bestemmelserne i 4.4.
- Efter 30. oktober 2006 kan disse typegodkendelser ikke forlænges.

4.4. EF-typegodkendelser iht. EF-direktiver, som ikke er udstedt iht. den nye metode og som omhandler andre typer af måleinstrumenter end de under 4.3 nævnte:

EF-typegodkendelser forlænges normalt med 10 år ad gangen. For EF-typegodkendelser med en begrænsning i første gyldighedsperiode på 2 år, forlænges dog kun med 3 år ad gangen.

- 4.5. EF-direktiv for ikke-automatiske vægte samt MID:
EF-typegodkendelser forlænges normalt med 10 år ad gangen.

5. Overgangsordning i forbindelse med ikrafttræden af EU-direktiv for måleinstrumenter (MID).

- 5.1. Nedenstående overgangsregler gælder til og med 29. oktober 2006.
- 5.2. For at lette arbejdet med behandlingen af det store antal ansøgning om gyldighedsforlængelse, som forventes i løbet af 2006, er fastlagt følgende overgangsregler for nationale typegodkendelser for vandmålere, gasmålere, elmålere, varmeenergimålere, målesystemer til andre væsker end vand, visse type automatiske vægte og længdemål:
- 5.2.1. Efter 1.1.2006 gives alle nye typegodkendelser gyldighed til 29. oktober 2016.
- 5.2.2. Dette gælder også gyldighedsforlængelser (bortset fra typegodkendelser for varmeenergimålere udstedt iht forældede tekniske regler. For disse gælder andre datoer jf. MM.195).
- 5.2.3. Ved tillægsgodkendelser spørges ansøger, om han samtidig ønsker typegodkendelsen forlænget indtil 2016.
- 5.3. Primo 2006 skrives der til samtlige indehavere af gyldige nationale typegodkendelser for ovennævnte kategorier for at spørge dem, om de ønsker at få deres typegodkendelse(r) gyldighedsforlænget.

6. Tilbagekaldelse af typegodkendelser

En typegodkendelse kan tilbagekaldes, hvis udstyret ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, eller hvis det ved anvendelsen udviser fejl, der gør det uegnet til sit formål.