

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf. 35 46 60 00

Fax 35 46 60 01

E-post efs@efs.dk

www.efs.dk

2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1999-7053-1404

Nr.:

Dato:

2001-7053-1682

Udgave:

1

2001-11-07

Gyldig til 2001-12-07

Systembetegnelse:

 $TS_{098}^{27.01}$

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

BEREGNINGSENHED TIL VARMEENERGIMÅLER

Producent

Kamstrup A/S

Ansøger

Kamstrup A/S

Art

Beregningsenhed til varmeenergimåler

Type

MULTICAL 66

Anvendelse

Måling af varmeenergi iht. DS/EN 1434

Beregningsenheden er herefter tillige godkendt som nedenfor beskrevet.

1. LEGALE DATA

Temperaturfølere

2 stk. parrede Pt 100 følere.

2. TYPENUMMERSAMMENSÆTNING

Beregningsenhedens typenummer er 66 - S efterfulgt af en cifferkode som beskrevet i typegodkendelsesattesten med journalnummer 1999-7053-1404.

3. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2001-7053-1682.

DELTA prøvningsrapport, DANAK-195794, projekt K286205 dateret 2001-10-25.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.