



1. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
1999-7053-1305

Nr.: 1999-7053-1334

Udgave: 1

Dato: 1999-07-15

Gyldig til 2001-03-22

Systembetegnelse: IV-333

VOLUMENMÅLER

Producent Dansk Mejeri Elektronik A/S, Hinnerup og Proces Data A/S, Silkeborg.

Ansøger Dansk Mejeri Elektronik A/S, Samsøvej 29, 8382 Hinnerup.

Art Flowcomputer med magnetisk induktiv volumenmåler.

Type Flowcomputer: DME MobiCom
Flowsensor: DME MIF C38
DME MIF C51
DME MIF C63
DME MIF C76

Anvendelse Til udmåling af mælkeprodukter m.v.
Til stationær eller mobil anvendelse.

Ændringer Hermed er flowsensor DME MIF C38 godkendt til anvendelse sammen med DME MobiCom.

Volumenflow Q_{min} . 2 m³/h, Q_{max} . 20 m³/h

Mindste verificerede udmåling 30.0 liter

Øvrige legale måledata uændret i forhold til beskrivelse i typegodkendelsesattest nr. 1999-7053-1305.

DOKUMENTATION Ansøgning nr.: 1999-7053-1334

P. Claudi Johansen

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.