

BEKENDTGØRELSER FRA JUSTERVÆSENET

Nr. 243 (7. tillæg)

Målemaskine





Efter ansøgning fra A/S BIRO, København, har justervæsenet tilladt, at den ved »Bekendtgørelser fre justervæsenet nr. 243« godkendte målemaskine også justeres forsynet med et eller flere ikke nulstilbare totaltælleværker anbragt mellem måleorgan og detailtælleværk, som vist på fig. Til hver totaltæller hører en nøgle, og udtapning kan føret påbegyndes, når en nøgle er indført i låsen på et af totaltælleværkerne, som derved samtidig indkobles og registrerer udmålingen, medens de øvrige totaltælleværker er ude af drift.

Forbindelsen mellem måleorgan og totaltælleværker, mellem disse indbyrdes samt mellem disse og detailtælleværket sikres med plomber, der stemples med justermærke.

Hvert af totaltælleværkerne forsynes med et skilt med påskriften »Ujusteret«. Skiltet sikres til tælleværket ved stempling med justermærke over fastgørelsesskruerne.

I øvrigt er de i ovennævnte bekendtgørelse fastsatte bestemmelser uændret gældende, for så vidt de kan komme til anvendelse.

Justervæsenet, København, den 1. april 1970

A. K. F. Christiansen ·