Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



1. TILLÆG TIL

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 1994-4163-0619

Nr.: 1995-4163-782

Udgave: 1

Dato: 1995-07-26

Gyldig til 1996-09-15

Systembetegnelse: TS 24.36 008

AUTOMATISK VÆGT til ENKELTVEJNING

Producent

Crisplant a/s

Ansøger

Crisplant a/s

Type

WBC 35 eller WBC 50 eller WBC 100

Anvendelse

I postcentre og lignende til vejning af pakker

Supplerende udstyr

Sorteringsanlæg

Typegodkendelse

I overensstemmelse med OIML R51, 6. udkast, 1994

Vægten er herefter også godkendt med typebetegnelsen WBC 100 med maksimumslast 100 kg.

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1994-4163-0619

Nr.: 1995-4163-782

Systembetegnelse: TS 24.36 008

1. LEGALE MÅLEDATA

I henhold til OIML R51, 6. udkast 1994, punkt 3.8.

Nøjagtighedsklasse

Y(0,1)

, , ,	(' ' ')	
Type		WBC 100
Maksimumslast	Max	100 kg
Minimumslast	Min	750 g
Verifikationsværdi	e=	50 g
Delingsværdi ved test	d=	10 g
Maksimal hastighed	1,8 m/s	_

Temperaturområde
Strømforsyning

+10 / +40°C

230 V, 50 Hz

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

For WBC 100 er der følgende ændringer:

Loddernes størrelse (m) skal være: Min eller 500 g, 5 kg, 35 kg og 100 kg.

Den maximalt tilladelige standardafvigelse (mps) er følgende:

For m \leq 16,66 kg er mps = 16,66 g svarende til 1/3 e For 16,66 kg < m \leq 23,6 kg er mps = 0,1% af belastningen

For 23,6 kg $< m \le 25 \text{ kg er mps} = 23,6 \text{ g}$

For 25 kg $< m \le 37.3$ kg er mps = 0.1% af belastningen

For 37.3 kg $< m \le 100 \text{ kg er mps} = 37.3 \text{ g}$

Der er derudover ingen ændringer af typegodkendelsen.

3. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1995-4163-782.

P. Claudi Johansen