



**1. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 2000-7053-1412**

Nr.: 2001-7053-1623

Udgave: 1

Dato: 2001-07-11

Gyldig til 2002-01-21

Systembetegnelse: TS ^{27.01}₁₀₁

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

**BEREGNINGSENHED
TIL
VARMEENERGIMÅLER**

Producent	Danfoss A/S
Ansøger	Danfoss A/S
Art	Beregningsenhed til varmeenergimåler
Type	INFOCAL 5
Anvendelse	Beregningsenhed for varmeenergimåling iht. DS/EN 1434

Regneværket er herefter tillige godkendt med nedennævnte tilføjelser:

1. LEGALE DATA

Temperaturfølere	:	2 stk. parrede Pt 100 følere med separat DS/EN 1434 godkendelse
Strømforsyning	:	24 VAC +15%/-30%

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

2.1 Verifikation

I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed samt DS/EN 1434 del 5.

2.1.1 Verifikationsprocedure

Verifikation kan udføres på regneværkets overpart alene.

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

**1. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 2000-7053-1412**

Side:	2 af 2
Nr.:	2001-7053-1623
Systembetegnelse	TS ^{27.01} ₁₀₁

3. KONSTRUKTION

I kabinettets bunddel kan der være monteret et M-BUS og pulsinputmodul eller et SIOX modul.

Nummeropbygning	A	B	B	C	D	D	E	F	G	H	K	L	M	M	N	N	P	R	R	R	S	S
NA	0
Kode for valg af op og pulsværdi	xxxx
NA	0-
Volumenstrøms giver i fremløb	OF
Volumenstrøms giver i returløb	OR
PT500 2 tråds tilslutning	1
PT 100 2 tråds tilslutning	2
Anvendes ikke	3
NA	0 0-
3.6 V batteri	1
230 V AC	2
24 V AC	3
Ingen moduler	0
Data- og pulsinputmodul	1
Data- og pulsoutputmodul	2
Mbus og pulsinputmodul	3
SIOX modul	4
Udlæsning i GJ	1
Udlæsning i kWh	2
Udlæsning i MMh	3
Software tillægsfunktioner	xx-
Landekode	DK
Verifikations dokumentation	x
Evt. supplerende kundeparametreering	xxxx	xx

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2001-7053-1623.

DELTA prøvningsrapport, DANAK-195618, projekt K286195 dateret 2001-07-09.

Keld Palner Jacobsen