



3. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST

1991-4163-0037

Nr.: 1997-4163-1054

Udgave: 1

Dato: 27.05.1999

Gyldig til 2002-07-27

Systembetegnelse: TS 24.52 025

**AUTOMATISK VÆGT**

til

**DISKONTINUERLIG, AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER**

Nedennævnte vægt er herefter individuel godkendt under systembetegnelsen TS 24.52-025.

<b>Vægt</b>	<b>Art</b>	Automatisk doservægt til afvejning af mel.
<b>Visningsenhed</b>		Chronos Richardson, type SPEEDAC 7, Fabr.nr. 479255.
<b>Underpart</b>		Chronos Richardson, nettodosering, Fabr.nr. 479255.
<b>Suppl. udstyr</b>		Intet.

**Opstillingssted** Havnemøllerne A/S, Havnegade 32, 5000 Odense C.

**Ansøger** Finni Buch, Jyllinge.

**1. LEGALE MÅLEDATA**

**A. Den automatiske vægt.**

I henhold til MDIR 24.31-01, udg. 1.

<b>Maksimumslast</b>	Max	26	kg
<b>Minimumslast</b>	Min	3,9	kg

**B. Den egentlige ikke-automatiske vægt.**

I henhold til EN45501:1992, AC:1993.

<b>Maksimumslast</b>	Max	31	kg
<b>Minimumslast</b>	Min	4	kg
<b>Verifikationsværdi</b>	e=	20	g

**2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER.**

**Verifikation** I henhold til MDIR 24.31-01 og MM06.  
Vægten skal i ikke-automatisk drift opfylde kravene i EN45501:1992, AC:1993.  
Vægtens reverifikationsinterval er 2 år.

Øvrige forhold er uforandrede.

**4. DOKUMENTATION** Ansøgning nr. 1997-4163-1054.

P. Claudi Johansen

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.