## Erhvervsfremme Styrelsen Industriministeriet

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



2. TILLÆG TIL

## **TYPEGODKENDELSESATTEST**

1992-4163-0171

Nr.: 1994-4163-0567

Udgave: 1

Dato: 1994-07-01

Gyldig til 2002-04-01

Systembetegnelse: TS 27.01 029

ystembologheise. 10 <sub>029</sub>

Typegodkendelse udstedt i henhold til §15 i Statens Metrologiråds bekendtgørelse nr. 749 af 7. november 1989 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

## **VOLUMENMÅLER**

**Producent** 

HG Instrumenter A/S.

Ansøger

HG Instrumenter A/S, Virum.

Art

Elektronisk regneenhed samt flowdel excl. temperaturfølere.

Type

HG 30, HG 60, HG 120, HG 240 & HG 400.

Se producentens oversigt.

**Anvendelse** 

Som volumenmåler til måling af fjernvarme i.h.t. OIML R 75.

Nærværende tillæg nr. 2 til typegodkendelsesattest nr. 1992-4163-0171 tjener som GYLDIGHEDS-FORLÆNGELSE og desuden som dokumentation for ændring i typebetegnelse / alternativ flowdel som følger:

Ad. Type

HG XX-Y-Z-UF; hvor XX = 30, 60, 120, 240, 400.

og Y = betegnelse for flangetilslutning (se producentens oversigt).

og Z = betegnelse for elektronik

(se producentens oversigt).

og UF = identifikation for alternativ flowdel.

**DOKUMENTATION** 

Mekaniske samletegninger nr. 916-A3-01 og 848-A3,

samt brev fra producenten dateret 94-03-25.

Tillæg som er omfattet af gyldighedsforlængelsen:

Tillæg nr. 1, 1993-4163-0398.

J. Kaavé

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.