



**11. TILLÆG TIL  
TYPEGODKENDELSESATTEST  
Nr. 1991-763/000-1337**

Nr.: 1997-4163-1057

Udgave: 1

Dato: 1998-03-17

Gyldig til 2003-11-01

Systembetegnelse: TS <sup>27.01</sup><sub>002</sub>

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

**VARMEENERGIMÅLER**

<b>Producent</b>	Grundfos DK A/S, Danmark
<b>Ansøger</b>	Grundfos DK A/S, Danmark
<b>Art</b>	Varmeenergimåler
<b>Type</b>	EM10MKII R (volumenstrømsgiver i returløb) EM10MKII V (volumenstrømsgiver i fremløb)
<b>Anvendelse</b>	Måling af varmeenergi i henhold til OIML R75 og DS 2340

Varmeenergimåleren er herefter også godkendt med Min. volumenstrøm  $Q_i = 0,01 \text{ m}^3/\text{h}$ .

**DOKUMENTATION**

Ansøgning nr. 1997-4163-1057.

J. Kaavé

**BEMÆRK !**

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.