



3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1992-4163-0131		Nr.: 1994-4163-0555										
		Udgave: 1										
		Dato: 1995-04-01										
Gyldig til 2002-10-31	Systembetegnelse: TS 27.01 005											
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <p>BEREGNINGSENHED TIL VARMEENERGIMÅLER</p> <table><tr><td>Producent</td><td>Kamstrup A/S, Åbyhøj.</td></tr><tr><td>Ansøger</td><td>Kamstrup A/S, Åbyhøj.</td></tr><tr><td>Art</td><td>Beregningsenhed i varmeenergimåler.</td></tr><tr><td>Type</td><td>MULTICAL SA</td></tr><tr><td>Anvendelse</td><td>Beregningsenhed for varmeenergimåler i henhold til DS 2340.</td></tr></table> <p>Beregningsenheden er herefter også godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:</p>			Producent	Kamstrup A/S, Åbyhøj.	Ansøger	Kamstrup A/S, Åbyhøj.	Art	Beregningsenhed i varmeenergimåler.	Type	MULTICAL SA	Anvendelse	Beregningsenhed for varmeenergimåler i henhold til DS 2340.
Producent	Kamstrup A/S, Åbyhøj.											
Ansøger	Kamstrup A/S, Åbyhøj.											
Art	Beregningsenhed i varmeenergimåler.											
Type	MULTICAL SA											
Anvendelse	Beregningsenhed for varmeenergimåler i henhold til DS 2340.											
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.												

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1994-4163-0555

Systembetegnelse: TS 27.01
005

Typenummer:

65 - XX - XXX - XXX

Beskrivelse

Kode

MULTICAL SA (med 2 ekstra impulsindgange)

J

Tilslutningsbund med dataudgang og batteriforsyning

6

Lithium batteri C celle

1

Lithium batteri D celle

2

Lithium batteri C celle med backup

3

Backup enhed (v. 230 VAC)

4

Pt 500 føler med 1,5 m kabel

1

Pt 500 føler med 3,0 m kabel

2

Pt 500 føler til kugleventil med 1,5 m kabel

3

Pt 500 føler til kugleventil med 3,0 m kabel

4

Pt 500 kort direkte føler med 1,5 m kabel

5

Pt 500 kort direkte føler med 3,0 m kabel

6

Uden aftaster

0

Aftaster for GWF enstrålet med 0,2 m kabel

A

Aftaster for GWF enstrålet med 2,5 m kabel

B

Aftaster for GWF flerstrålet med 0,2 m kabel

C

Aftaster for GWF flerstrålet med 2,5 m kabel

D

Aftaster for Kamstrup flerstrålet med 0,2 m kabel

E

Aftaster for Kamstrup flerstrålet med 2,5 m kabel

F

Nye dele

1

Ombytningsdele (reverificering)

2

Koder vedrørende leveringen, attester m.m.

11-99

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1994-4163-0555.

J. Kaavé