



**2. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 1998-7053-1252**

Nr.: 2000-7053-1489

Udgave: 1

Dato: 2000-05-26

Gyldig til 2001-01-29

Systembetegnelse: TS ^{27.51}₀₂₃

Typogodkendelse udstedt i henhold til §12 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse
nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med måling af elforbrug i afregningsøjemed.

ELMÅLER

Producent	Siemens Metering AG
Ansøger	Siemens Metering
Art	Statisk måler klasse 2
Type	ZMD 120 AM og ZMD 121 AMer53
Anvendelse	Måling af elforbrug i henhold til IEC 1036, 1996-09

Målerprogrammet er hermed godkendt med følgende udvidelse:

Type: ZMD 121 AMer53

Målertypen er med undtagelse af nedenstående identisk med ZMD 120 AM X r53:

- Typen er uden optisk/serielt kommunikationsinterface
- Typen kan kun registrere energi i en retning
- Typen kan kun leveres med en målerkonstant på 10.000 imp./kWh

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2000-7053-1489.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typogodkendelsesattest,
som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.