## Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Tlf.: 77 33 95 00 · Fax: 77 33 95 01 · E-post: danak@danak.dk · www.dansk-metrologi.dk

# 3. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 2000-7053-1403

Nr.: 2003-7053-1823 Udgave: 1 Dato: 2004-04-02

Gyldig til 2010-09-22

Systembetegnelse: TS <sup>27.01</sup><sub>111</sub>

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

## **TEMPERATURFØLERPAR**

ProducentKamstrup A/S, DanmarkAnsøgerKamstrup A/S, Danmark

Art Temperaturfølerpar med dyklommer

Type 2-trådet DS/EN 1434 type PL-cable

**Anvendelse** Måling af varmeenergi i henhold til DS/EN 1434

### 1. LEGALE MÅLEDATA

Temperaturfølerparrene er herefter godkendt med tilledninger med 0,25 mm² kobberledere i henhold til nedenstående skema.

Typenummer	Kabel- længde max.	Kabel- modstand
65-00-0A0-xxx	1,5 m	<0,24 Ω
65-00-0B0-xxx	3,0 m	<0,48 Ω
65-00-0C0-xxx	5,0 m	<0,80 Ω
65-00-0D0-xxx	10 m	<1,6 Ω

Note: Tilledningerne til temperaturfølerparrene i hovedattesten har 0,50 mm² kobberledere.

### 4. **DOKUMENTATION**

Ansøgningsnummer nr. 2003-7053-1823.

DELTA prøvningsrapport DANAK-199711, projekt E820096, dateret 4. marts 2004.

Keld Palner Jacobsen

**BEMÆRK!** 

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

