



**Erhvervsfremme
Styrelsen**
Erhvervsministeriet

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 46 60 00
Fax 35 46 60 01
E-post efs@efs.dk
www.efs.dk

**4. TILLÆG TIL
TYPEGODKENDELSESATTEST
Nr. 1998-4163-1140**

Nr.: 2000-7053-1469

Udgave: 1

Dato: 2000-06-08

Gyldig til 2008-06-11

Systembetegnelse: TS ^{27.51}₀₁₃

Typegodkendelse udstedt i henhold til §12 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med måling af elforbrug i afregningsøjemed.

ELMÅLER

Producent	Kamstrup A/S
Ansøger	Kamstrup A/S, Industrivej 28, 8660 Skanderborg
Art	Statisk elmåler, klasse 1 og 2
Type	68 5 XXX XX XX
Anvendelse	Måling af elforbrug i henhold til IEC 1036, 1996

Elmåleren er herefter også godkendt som:

Toleder 1x230 V, klasse 2 måler med typebetegnelsen 68 5 1X2 XX XX.

Måleren afviger fra den resterende målerserie på følgende måde:

KONSTRUKTION

Konstruktionsmæssig opbygning

Måleren består af kun en måleenhed, ellers som beskrevet i typegodkendelsesattesten.

Funktion

Måleren er en elektronisk måler, der kan installeres i 1-fasede installationer.

Måleren består af en måleenhed, som måler spænding samt strømmen ved shuntmåling. Det resterende som beskrevet i typegodkendelsesattesten.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2000-7053-1469.

Keld Palner Jacobsen

BEMÆRK !

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.