## Erhvervsfremme Styrelsen Industriministeriet

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



1. TILLÆG TIL

**TYPEGODKENDELSESATTEST** 

1993-4163-500

Nr.: 1994-4163-0605

Udgave: 1

Dato: 1994-09-01

Gyldig til 1995-11-30

Systembetegnelse: TS 27.01

Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.

## **VARMEENERGIMÅLER**

Producent

Ansøger

Art

Type

Anvendelse

LANDIS & GYR, Tyskland.

Landis & Gyr Måleteknik A/S, Veile.

Varmeenergimåler.

SONOGYR WSD2

Måling af varmeenergi i henhold til OIML R75.

Varmeenergimåleren er herefter også godkendt som følger:

Max. volumenstrøm

 $Qs = 0.75 \text{ m}^3/\text{h}$ 

Min. volumenstrøm

 $Qi = 0.0075 \text{ m}^3/\text{h}$ 

Der er derudover ingen ændringer i typegodkendelsen af

varmeenergimåleren.

**DOKUMENTATION** 

Ansøgning nr. 1994-4163-0605.

J. Kaavé

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.