



1. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1994-4163-0623		Nr.: 1995-4163-0773														
		Udgave: 1														
		Dato: 1996-09-01														
Gyldig til 1996-09-12	Systembetegnelse: TS	27.01 052														
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <h2 style="text-align: center;">VARMEENERGIMÅLER</h2> <table><tr><td>Producent</td><td>HYDROMETER A/S.</td></tr><tr><td>Ansøger</td><td>Raab Karcher Energi Service A/S, Ballerup.</td></tr><tr><td>Art</td><td>Varmeenergimåler.</td></tr><tr><td>Type</td><td>Combimeter EPe eller QE med elektromekanisk rulletæller, Combimeter EPeD eller QE med elektronisk display, eller QEC med elektronisk display og realtidsur.</td></tr><tr><td>Anvendelse</td><td>Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.</td></tr></table> <p>Varmeenergimåleren er herefter også godkendt med følgende ændring:</p> <p>Plastlåget og opbygningen af funktionsknappen er ændret. Knappen har fået en læbepakning, der er tilpasset et spor i plastlåget. Læbepakningen fastholdes i sporet med stort tryk. Låget bærer betegnelsen <i>combimeter</i>.</p> <p>Der er derudover ingen ændringer af måleren.</p> <table><tr><td>DOKUMENTATION</td><td>Ansøgning nr. 1995-4163-0773.</td></tr><tr><td></td><td>J. Kaavé.</td></tr></table>			Producent	HYDROMETER A/S.	Ansøger	Raab Karcher Energi Service A/S, Ballerup.	Art	Varmeenergimåler.	Type	Combimeter EPe eller QE med elektromekanisk rulletæller, Combimeter EPeD eller QE med elektronisk display, eller QEC med elektronisk display og realtidsur.	Anvendelse	Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.	DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1995-4163-0773.		J. Kaavé.
Producent	HYDROMETER A/S.															
Ansøger	Raab Karcher Energi Service A/S, Ballerup.															
Art	Varmeenergimåler.															
Type	Combimeter EPe eller QE med elektromekanisk rulletæller, Combimeter EPeD eller QE med elektronisk display, eller QEC med elektronisk display og realtidsur.															
Anvendelse	Måling af varmeenergi i henhold til DS 2340.															
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1995-4163-0773.															
	J. Kaavé.															
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.																