

Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 46 60 00 Fax 35 46 60 01 E-post ets@efs.dk www.efs.dk

1. TILLÆG TIL

TYPEGODKENDELSESATTEST

1994-4163-0635

Nr.:

2000-7053-1417

Udgave: 1

1

Dato: 2000-05-01

Gyldig til:

2005-03-14

Systembetegnelse:

DK 95 - 32.3602

KOLDTVANDSMÅLER

Producent

K. E. Jepsen, Ambolten 2, 2970 Hørsholm.

Ansøger

K. E. Jepsen, Ambolten 2, 2970 Hørsholm.

Art

Mekanisk koldtvandsmåler.

Type

Flerstrålet vingehjulsmåler, tør- og vådløber.

Tørløber: type MTK-20ES, kl. B m. safirlejer. Vådløber: type MNK-20ES, kl. B m. safirlejer.

Anvendelse

Volumenmåling af almindeligt vandværksvand med

temperatur mellem 0 og 30 °C.

Hermed er koldtvandsmåleren godkendt med ændret type-

betegnelse i h.t. ovenstående.

Endvidere er måleren også godkendt med blåt målerhus.

DOKUMENTATION

Ansøgning nr.: 2000-7053-1417

P. Claudi Johansen

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.