Industriministeriet

TEKNOLOGISTYRELSEN SEKRETARIATET FOR MÅLETEKNIK

2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 1983-763/000-145

Nr.: 1984-763/000-262


Udgave: 1

Dato: 1984-09-01

Gyldig til 1986-06-30

Systembetegnelse: IV-212cs

MÅLEANLÆG



Hermed er standeren også godkendt i ændret ydre udformning og med ændret montering af elektronisk tælleværk.

Plombering

Måleorgan, impulsgiver og det elektroniske tælleværk uændret. Det elektroniske tælleværk sikres til impulsgiverdel (pladejernsbox) med plombetråd igennem en fastspændingsbolt i forskydningsplade og et fastspændingsstag mellem pladejernsbox og forskydningsplade.

Ansøgning nr. 1984-763/000-262, dateret 1984-06-13.

J. Kaavé/P. Claudi Johansen

TEKNOLOGISTYRELSEN Tagensvej 135 DK 2200 Kobenhavn N

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.