



2. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 1994-4163-0616		Nr.: 1995-4163-822
		Udgave: 1
		Dato: 1996-01-22
Gyldig til 1996-11-21	Systembetegnelse: TS ^{27.01} ₀₅₇	
<p>Typegodkendelse udstedt i henhold til §16 i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 262 af 14. april 1994 om kontrol med måling af fjernvarme i afregningsøjemed.</p> <p>VOLUMENMÅLERUNDERPART</p>		
Producent	Kamstrup A/S, Åbyhøj.	
Ansøger	Kamstrup A/S, Åbyhøj.	
Art	Volumenmålerunderpart.	
Type	ULTRAFLOW II.	
Anvendelse	Volumenpulsgiver i henhold til DS 2340.	
<p>Volumenmålerunderparten er herefter også godkendt med følgende ændringer og tilføjelser:</p>		
Max. volumenstrøm	q_v maks	1,5 2,5 m^3/h
Min. volumenstrøm	q_v min	0,015 0,025 m^3/h
Tryktab ved q_v maks.	ΔP maks	0,18 0,25 bar
Tryktrin		PN16 PN16
Målerrør		1" x 190 mm
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1995-4163-822	
<p>J. Kaavé</p>		
<p>BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.</p>		