Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 35 86 86 86 · Telefax 35 86 86 87



9. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST

1988-763/000-818

Nr.: 1995-4163-0811

Udgave: 1

Dato: 1997-04-15

Gyldig til: 1998-06-30

Systembetegnelse:

IV - 264 cs

MÅLEANLÆG

Producent

Schlumberger Technologies, Holland.

Ansøger

Schlumberger A/S, Allerød.

Art

Dobbelt blendstander med elektronisk tælleværk for tilslutning til

centralpumpeanlæg eller med sugepumpe.

Type

Calcutron MPD dobbeltstander (kun diesel).

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet til den ene side

80 liter pr. minut

til den anden side

50 liter pr. minut

Mindste verificerede udmåling

5 liter

Øvrige legale måledata uændrede i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-818.

2. VERIFIKATIONS-BESTEMMELSER

Uændrede i forhold til beskrivelse i attest nr. 1988-763/000-818.

3. KONSTRUKTION

Hermed er standeren også godkendt som 2-kapacitet stander med kapacitet til den ene side 80 liter pr. minut og til den anden side 50 liter pr. minut.

For opnåelse af kapacitet 80 liter pr. minut monteres standeren med to parallelle hydrauliske systemer. Standeren har 3 måleorganer af fabrikat Koppens type VM 80, heraf 2 parallelt forbundne til standersiden med 80 liter pr. minut. Standeren er konstrueret enten for tilslutning til centralpumpeanlæg eller med 2 pumper med indbygget luftudskiller type Koppens

KSR 25-80.

Øvrige konstruktion uændrede i forhold til beskrivelse i

attest nr. 1988-763/000-818.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1995-4163-0811.

P. Claudi Johansen.

BEMÆRK!

Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.