



7. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1988-763/000-853		Nr.: 1994-4163-0647
		Udgave: 1
		Dato: 1994-10-15
Gyldig til 1999-06-30	Systembetegnelse: TS 24.52 014	
<div style="text-align: center;">IKKE-AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER</div>		
Producent	Toledo-Werk GmbH, Tyskland.	
Ansøger	Danvægt A/S, Hinnerup.	
Art	Automatisk doservægt.	
Type (visningsenhed)	TSM 2550.	
(underpart)	Hybride og fuldelektroniske underparter.	
Anvendelse	Dosering af vegetabiliske olieprodukter, væsker.	
Suppl. udstyr	Intet.	
<p>Vægten er herefter godkendt med vejecelle type 744 fabrikat Mettler Toledo. Disse vægte kan højest have 3000 delinger. Mindste vejecelle verifikations interval (vmin) er 1/10000 af vejecellens kapacitet.</p> <p>Vejecelle verifikations intervallet (v) beregnes som e gange underpartens udvekslingsforhold divideret med vejecelleantallet. v er vejecellens belastning, når underparten er belastet med e.</p> <p>Øvrige forhold er uforandrede.</p>		
DOKUMENTATION	Ansøgning nr. 1994-4163-0550.	
<p>P. Claudi Johansen.</p>		
BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.		