



Ministerio de Electricidad  
y Energía Renovable

## INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

### DATOS GENERALES:

RUC: 1768157360001 Licencia N°: XXXXX Caducidad: XXXXX  
Razón Social: CENTRO DE SALUD A GUALAQUIZA Expediente: C-0577-02  
Representante Legal: Dr. Ronald Ecuador López Pillacela  
Práctica: Radiodiagnóstico Odontológico  
Responsable de la Práctica: Dr. Henry Iván Correa Arteaga  
Dirección: Calle Velasco Ibarra y Paseo del Maestro  
Lugar de la Inspección: Servicio de Radiodiagnóstico Odontológico  
Teléfono: 072781468 / 0997517869  
Correo - e: [lopezp@iess.gob.ec](mailto:lopezp@iess.gob.ec)  
Ciudad: Gualaquiza  
Provincia: Morona Santiago  
Fecha de Inspección: 11-oct-17

### EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES

TIPO	MARCA		MODELO		SERIE		ESTADO
	EQUIPO	TUBO RX	EQUIPO	TUBO RX	EQUIPO	TUBO RX	
PERIAPICAL	J. O. SUAREZ	TROPHY	SPECTRUM 70	TRX 708	XJA081	790299	Funcionando

### PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO, P.O.E.

NOMBRE	CEDULA N°	LICENCIA		EXAMEN MEDICO	DOSIMET.	PROFESIÓN	FUNCIÓN
		N°	CADUCIDAD				
DR. HENRY IVÁN CORREA ARTEAGA	1715528921	NO POSEE	XXXXX	Si posee	No posee	Dr. en Odontología	Toma e interpreta placas radiográficas

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica establece las siguientes **DISPOSICIONES** que la Instalación deberá cumplir a fin de enmarcarse en el Reglamento de Seguridad Radiológica (Decreto Ejecutivo N° 3640, R.O. N° 891 de 8 de Agosto de 1979)

NO CONFORMIDADES	DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
Instalación no posee Licencia Institucional	Obtener la Licencia Institucional (Art. 71, 76, 105, 106 parrafo segundo).
POE no posee licencia personal	El Personal Ocupacionalmente Expuesto, POE, Dr. Henry Correa Arteaga debe obtener la LICENCIA PERSONAL (Art. 71, 76, 104 - 107).
Servicio de dosimetría personal faltante	Contratar el servicio de dosimetría personal para el Personal Ocupacionalmente Expuesto, POE, Dr. Henry Correa Arteaga.
Equipo no sometido a un programa de Control de Calidad	Realizar el mantenimiento preventivo del equipo Periapical marca J. O. Suarez, una vez al año o de acuerdo a la carga de trabajo que posean. Todo mantenimiento preventivo y/o correctivo debe ser realizado por empresas debidamente autorizadas por la SCAN, que posean licencia actual.

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica, para el cumplimiento de estas **DISPOSICIONES** le otorga el plazo de **90 DÍAS** a partir de la emisión del presente informe caso contrario se procederá con el trámite legal correspondiente. El cumplimiento de las disposiciones debe ser oficializado a la Autoridad Reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el tiempo establecido con respaldo de los anexos justificativos (fotocopias).

### Responsables:



Ministerio de Electricidad  
y Energía Renovable

SCAN-DLPR

Francisco Adler Enriquez Guerra  
Inspector de Seguridad Radiológica

Ing. Frowen Valencia L.  
INSPECTOR DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

Visto Bueno:

RESPONSABLE S.C.A.N. CUENCA

FEG/FVL/feg

Luis Cordero N° 5-21 y Honorato Vasquez, Edificio Luis Cordero, 3° piso

Telefax: (593 7) 2835447- 2826171

[www.energia.gob.ec](http://www.energia.gob.ec)

Cuenca-Ecuador