



INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

DATOS GENERALES:

RUC:	1160004740001	Licencia: C-0353	Caducidad: MAR-2012
Razón Social:	DIRECCION DISTRITAL 11D05 - ESPINDOLA - SALUD	Expediente: C-0353	
Representante Legal:	Dr. Bolívar Eduardo Jimbo		
Práctica:	Radiodiagnóstico Médico		
Responsable de la práctica:	Dr. Bolívar Eduardo Jimbo		
Dirección:	Av 27 de Abril SN		
Teléfono:	072653317		
Correo electrónico:	bolivar.jimbo@11d05.msp.gob.ec		
Ciudad:	Amaluza/Espindola		
Provincia:	Loja		
Fecha de Inspección:	16/11/2017		

EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES

TIPO	MARCA		MODELO		SERIE		ESTADO
	EQUIPO	TUBO	EQUIPO	TUBO	EQUIPO	TUBO	
PORTATIL	MEDITRON ICS	NR	DIAGNOX- 4006	NR	MA08K003	NR	Funcionando
CONVENCIONAL	TUR	NR	DE-37	NR	82000/032	NR	SIN USO

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO, POE

NOMBRE	CEDULA N°	LICENCIA		EXAMEN MÉDICO	DOSIMET	PROFESIÓN	FUNCIÓN
		N°	CADUCIDAD				
Matos Díaz Uver	E301888	G3863	02/09/2020	Si posee	Si posee	Licenciado en Tecnología de La Salud en Imagenología	Operador

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica establece las Disposiciones necesarias para el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Radiológica (Expedido según Decreto Ejecutivo N° 3640 y publicado en el registro Oficial N° 891 del 8 de Agosto de 1979). Puede continuar con el trámite de obtención de licencia.

NO CONFORMIDADES	DISPOSICIONES
Licencia Institucional caducada	Renovar la Licencia Institucional (Art. 71, 76, 105, 106 párrafo segundo del Reglamento de Seguridad Radiológica), mediante el formulario correspondiente.
Instalación no posee médico radiólogo o médico imagenólogo, responsable de la seguridad radiológica de la instalación.	Contratar un médico radiólogo o médico imagenólogo, quién será responsable de la interpretación de los estudios y de la seguridad radiológica de la instalación.
No informa destino final de equipos.	El representante legal debe informar el destino final del equipo de rayos x convencional marca TUR, modelo DE-37, serie 82000/032.
Equipo no sometido a un programa de Control de Calidad	Realizar las pruebas de control de calidad para el equipo de Rayos-X una vez al año, las que serán realizadas por empresas autorizadas por la Autoridad Regulatoria, con licencia institucional de mantenimiento de Rayos-X vigente. Enviar y Archivar los reportes técnicos generados.

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica, para el cumplimiento de estas DISPOSICIONES le otorga el plazo de 90 DÍAS a partir de la emisión del presente informe caso contrario se procederá con el trámite legal correspondiente, previo a la suspensión de la Licencia Institucional y clausura del Servicio.


Responsables:

 Ministerio
de Electricidad
y Energía Renovable
SCAN-DLPR

MSc. Leonardo Fabián Jadán Méndez
Inspector de Seguridad Radiológica


Ing. Frowen Valencia L
Inspector de Seguridad Radiológica

VISTO BUENO


Ing. Flor Nathaly Mora
RESPONSABLE SCAN CUENCA

LJM/FVL/ljm

Luis Cordero N° 5-21 y Honorato Vásquez, Edificio Luis Cordero, 3° piso
Telefax: (593 7) 2835447- 2826171
www.energia.gob.ec
Cuenca-Ecuador