



INFORME DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

DATOS GENERALES:

RUC:	1104647290001	Licencia N°: NO POSEE	Caducidad: XXXXX
Razón Social:	SARANGO CALVA ANAIZ MERCEDES	Expediente: C-0325	
Nombre Comercial:	ESTETIC DENTAL ODONTOLOGÍA INTEGRAL Y ESTÉTICA		
Representante Legal:	Anaiz Mercedes Sarango Calva		
Práctica:	Radiodiagnóstico Odontológico		
Responsable de la práctica:	Anaiz Mercedes Sarango Calva		
Dirección:	Av. Macará s/n		
Teléfono:	072687492		
Correo – e:	ana18_567@hotmail.com		
Ciudad:	Cariamanga		
Provincia:	Loja		
Fecha de Inspección:	16-11-2017		

EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES

TIPO	MARCA EQUIPO/TUBO		MODELO EQUIPO/TUBO		SERIE EQUIPO/TUBO		ESTADO
PERIAPICAL	GNATUS	GNATUS	TIMEX 70	TIMEX 70	4971155005	4971155005	FUNCIONANDO

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO, POE


NOMBRE	CEDULA N°	LICENCIA		EXAMEN MÉDICO	DOSIMET.	PROFESIÓN	FUNCIÓN
		N°	CADUCIDAD				
Sarango Calva Anaiz Mercedes	1104647290	C-1226	Marzo 2018	Sí posee	No posee	Odontóloga	Toma e interpretación de placas radiográficas.

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica establece las siguientes DISPOSICIONES que la Instalación deberá cumplir a fin de enmarcarse en el Reglamento de Seguridad Radiológica (Expedido según Decreto Ejecutivo N° 3640 y publicado en el Registro Oficial N° 891 del 8 de Agosto de 1979).

NO CONFORMIDADES	DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
Instalación no posee autorización de operación.	Instalación debe obtener la Licencia Institucional, único documento que le faculta a poseer equipo emisor de radiación ionizante (Art. 71, 76, 105 y 110).
Servicio de dosimetría faltante.	Contratar el servicio de dosimetría personal o de vigilancia dosimétrica individual para el personal ocupacionalmente expuesto (Art. 5 y 80 lit. e).
Equipo no sometido a un programa de Control de Calidad.	Realizar el mantenimiento preventivo del equipo. Todo mantenimiento preventivo y/o correctivo debe ser realizado por empresas debidamente autorizadas por la SCAN, que posean licencia actualizada.
No cumple con las disposiciones y recomendaciones emitidas.	Responsable legal de la institución debe cumplir con las DISPOSICIONES de protección radiológica emitidas en el Oficio MEER-SCAN-2014-1610-OF de fecha 05-11-2014 (Art. 74).

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica, para el cumplimiento de estas DISPOSICIONES le otorga el plazo de 90 DÍAS a partir de la emisión del presente informe caso contrario se procederá con el trámite legal correspondiente. El cumplimiento de las disposiciones debe ser oficializado a la Autoridad Reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el tiempo establecido con respaldo de los anexos justificativos (fotocopias).

Responsables:




Ing. Frowen Valencia L.
INSPECTOR DE SEGURIDAD RADIOLOGICA




Ministerio
de Electricidad
y Energía Renovable

SCAN-DLPR



Leonardo Fabián Jadán Méndez
Inspector de Seguridad Radiológica

VISTO BUENO



Ing. Flor Nathaly Mora H.
RESPONSABLE SCAN CUENCA