



INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

DATOS GENERALES:

RUC:	1103710156001	Licencia N°: C-0603	Caducidad: Abril 2017
Razón Social:	PINZON ALEJANDRO ZULAY MARGARETH	Expediente: C-0603	
Nombre Comercial:	BIODENT		
Representante Legal:	Zulay Margareth Pinzón Alejandro		
Práctica:	Radiodiagnóstico Odontológico		
Responsable de la práctica:	Zulay Margareth Pinzón Alejandro		
Dirección:	Mariano Samaniego 03-27 entre González Suárez y José Ángel Palacios		
Teléfono:	072688539		
Correo – e:	zulaypinzondra@hotmail.com		
Ciudad:	Cariamanga		
Provincia:	Loja		
Fecha de Inspección:	15-11-2017		

EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES

TIPO	MARCA EQUIPO/TUBO		MODELO EQUIPO/TUBO		SERIE EQUIPO/TUBO		ESTADO
PERIAPICAL	GNATUS	GNATUS	TIMEX 70 C	TIMEX 70	4638831001	4638831001	FUNCIONANDO

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO, POE

NOMBRE	CEDULA N°	LICENCIA		EXAMEN MÉDICO	DOSIMET.	PROFESIÓN	FUNCIÓN
		N°	CADUCIDAD				
Pinzón Alejandro Zulay Margareth	1103710156	C-0619	20-11-2021	Sí posee	Sí posee	Doctor en Odontología	Toma e interpretación de placas radiográficas.

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica establece las siguientes DISPOSICIONES que la Instalación deberá cumplir a fin de enmarcarse en el Reglamento de Seguridad Radiológica (Expedido según Decreto Ejecutivo N° 3640 y publicado en el Registro Oficial N° 891 del 8 de Agosto de 1979).

NO CONFORMIDADES	DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
Licencia institucional caducada.	Instalación debe renovar la Licencia Institucional. El trámite de renovación debe iniciarse 3 meses antes de la fecha de caducidad (Art. 33, 71, 76, 105 - 107).
Equipo no sometido a un programa de Control de Calidad.	Realizar el mantenimiento preventivo del equipo. Todo mantenimiento preventivo y/o correctivo debe ser realizado por empresas debidamente autorizadas por la SCAN, que posean licencia actualizada.

La Dirección de Licenciamiento y Protección Radiológica, para el cumplimiento de estas DISPOSICIONES le otorga el plazo de 90 DÍAS a partir de la emisión del presente informe caso contrario se procederá con el trámite legal correspondiente. El cumplimiento de las disposiciones debe ser oficializado a la Autoridad Reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en el tiempo establecido con respaldo de los anexos justificativos (fotocopias).

Responsables:

Ing. Frowen Valencia L.
INSPECTOR DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA



SCAN-DLPR

Leonardo Fabián Jadán Méndez
Inspector de Seguridad Radiológica

VISTO BUENO

Ing. Flor Nathaly Mora H.
RESPONSABLE SCAN CUENCA