

# Model 933 Portable Power Sentinel

## Verification Report CT Module 01

Serial Number: A0369  
Current Module: A0117

Date: 28 AUG 2018  
Time: 09:58

	ROM Date	DSP Date	Cal. Date	Cal. Due
Unit Under Test	07 DEC 2016	25 NOV 2008	28 FEB 2018	28 AUG 2018
1133 LS33	07 DEC 2016	25 NOV 2008	27 FEB 2018	27 AUG 2018
1133 LS37	07 DEC 2016	25 NOV 2008	27 FEB 2018	27 AUG 2018

	V Mag(%)	V Ph(deg)	I Mag(%)	I Ph(deg)	W (%VA)	var(%VA)	VA(%)
<b>Input: 60Hz 120Volts 5Amps 1PF</b>				<b>Ello</b>			
A	-0.001811	-0.002333	-0.003313	0.000250	-0.005124	-0.004498	-0.005117
B	-0.001434	-0.002891	-0.003790	0.008159	-0.005279	-0.019274	-0.005231
C	0.000086	-0.002217	-0.003289	0.012427	-0.003273	-0.025553	-0.003215
<b>Input: 60Hz 120Volts 5Amps 1PF</b>				<b>Ello</b>			
A	-0.001811	-0.002333	-0.003313	0.000250	-0.005124	-0.004498	-0.005117
B	-0.001434	-0.002891	-0.003790	0.008159	-0.005279	-0.019274	-0.005231
C	0.000086	-0.002217	-0.003289	0.012427	-0.003273	-0.025553	-0.003215
<b>Input: 60Hz 120Volts 5Amps 1PF</b>				<b>Ello</b>			
A	-0.001811	-0.002333	-0.003313	0.000250	-0.005124	-0.004498	-0.005117
B	-0.001434	-0.002891	-0.003790	0.008159	-0.005279	-0.019274	-0.005231
C	0.000086	-0.002217	-0.003289	0.012427	-0.003273	-0.025553	-0.003215
<b>Input: 60Hz 120Volts 5Amps 1PF</b>				<b>Ello</b>			
A	-0.001811	-0.002333	-0.003313	0.000250	-0.005124	-0.004498	-0.005117
B	-0.001434	-0.002891	-0.003790	0.008159	-0.005279	-0.019274	-0.005231
C	0.000086	-0.002217	-0.003289	0.012427	-0.003273	-0.025553	-0.003215
<b>Input: 60Hz 120Volts 5Amps 1PF</b>				<b>Ello</b>			
A	-0.001811	-0.002333	-0.003313	0.000250	-0.005124	-0.004498	-0.005117
B	-0.001434	-0.002891	-0.003790	0.008159	-0.005279	-0.019274	-0.005231
C	0.000086	-0.002217	-0.003289	0.012427	-0.003273	-0.025553	-0.003215
<b>Input: 60Hz 120Volts 5Amps 1PF</b>				<b>Ello</b>			
A	-0.001811	-0.002333	-0.003313	0.000250	-0.005124	-0.004498	-0.005117
B	-0.001434	-0.002891	-0.003790	0.008159	-0.005279	-0.019274	-0.005231
C	0.000086	-0.002217	-0.003289	0.012427	-0.003273	-0.025553	-0.003215

Real Time Clock: PASS

Auxiliary IO Port: FAIL USB: PASS

Hot Flash: PASS DSP Flash: FAIL

Frequency Error: 0.039736 (ppm)

Results: **FAIL** 0 point(s)