

# Model 928A Power System Multimeter Verification Report

Serial Number: 001000

Date: 28 AUG 2018  
Time: 10:01

## Measurement Error

Parameter	Specification	60Hz	50Hz	Units	
VmagA	0.1000	-0.0008	-0.0027	Percent	PASS
VmagB	0.1000	-0.0008	0.0027	Percent	PASS
IImagA	0.1000	-0.5195	36.0125	Percent	FAIL
IVmagA	0.1000	-0.0008	-0.0027	Percent	PASS
IImagB	0.1000	-0.0008	-0.0027	Percent	PASS
IVmagB	0.1000	-1241.1165	-0.0044	Percent	FAIL
VphaseB	0.1000	-0.0008	-0.0027	Degree	PASS
IImagA	0.1000	-0.0008	-0.0027	Degree	PASS
IVphaseA	0.1000	-0.0008	-0.0027	Degree	PASS
IImagB	0.1000	-0.0008	0.0027	Degree	PASS
IVphaseB	0.1000	-0.0008	-0.0027	Degree	PASS
Frequency	0.1000	-0.0008	-0.0027	Percent	PASS