

Date: 12/6

S.N.	Peak	Error	Intensity	Element
1	241.9950	0.0023	7.251%16	Pb-214
2	295.2228	0.0018	18.42%4	Pb-214
3	351.9321	0.0018	35.60%7	Pb-214
4	510.77	0.10	22.60%20	Tl-208
5	609.320	0.005	45.49%16	Bi-214
6	768.360	0.005	4.894%11	Bi-214
7	785.96	0.08	1.06%3	Pb-214
8	915.75	0.13	0.0230%20	Bi-214
9	934.056	0.006	3.107%10	Bi-214
10	1120.294	0.006	14.92%3	Bi-214
11	1238.122	0.007	5.834%15	Bi-214
12	1377.699	0.008	3.988%11	Bi-214
13	1460.820	0.005	10.66%17	K-40/Co-60
14	1509.210	0.010	2.130%10	Bi-214
15	1661.274	0.016	1.047%6	Bi-214
16	1729.594	0.011	2.878%8	Bi-214
17	1764.491	0.010	15.30%3	Bi-214
18	1847.429	0.013	2.025%9	Bi-214
19	2109.98	0.08	0.085%3	Bi-214
20	2120.0	0.10	0.0070%20	Bi-214
21	2204.059	0.022	4.924%18	Bi-214
22	2447.70	0.03	1.548%7	Bi-214
23	2614.511	0.010	99.754%4	Tl-208