# Дурангийн систем: цэвэрлэх, ариутгах журам

Прототипийн туршилтын жишээ материал. Бодит гарын авлагаар солигдоно.

## 1. Урьдчилсан цэвэрлэгээ (хэрэглэсэн даруйд)

Дуранг хэрэглэсний дараа хамгийн түрүүнд урьдчилсан цэвэрлэгээ хийнэ. Өвчтөний өрөөнд, дуранг салгахаас өмнө гадаргууг ферментийн уусмалд норгосон салфеткаар арчиж, сувгуудаар ферментийн уусмал, дараа нь агаар соруулна.

Урьдчилсан цэвэрлэгээг хэрэглэснээс хойш 1 цагийн дотор хийх ёстой. Хатсан бохирдол сувагт наалдаж, дараагийн цэвэрлэгээ үр дүнгүй болдог.

## 2. Гоожилтын шалгалт

Гарын цэвэрлэгээ эхлэхээс өмнө гоожилтын шалгалт хийнэ. Шалгагчийг холбож даралт өгөөд, дуранг усанд дүрж нугалах хэсгийг хөдөлгөнө. Бөмбөлөг гарвал гоожилттой гэж үзэж, цэвэрлэгээг зогсоогоод засварт илгээнэ.

## 3. Гарын цэвэрлэгээ

Дуранг ферментийн уусмалд бүрэн дүрж, гадаргууг зөөлөн даавуугаар арчина. Бүх сувгийг тохирох хэмжээний сойзоор, сойз цэвэр гарах хүртэл давтан цэвэрлэнэ. Ферментийн уусмалыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу найруулж, хэрэглэл бүрт шинээр бэлтгэнэ.

Цэвэрлэсний дараа дуранг цэвэр усаар сайтар зайлж, сувгуудыг усаар, дараа нь агаараар угаана.

## 4. Өндөр түвшний ариутгал

Гарын цэвэрлэгээний дараа автомат угаагч-ариутгагч төхөөрөмжид (AER) эсвэл өндөр түвшний ариутгалын уусмалд дүрж ариутгана. Уусмалын үйлчлэх хугацаа, температурыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу баримтална.

Ариутгалын уусмалын идэвхийг өдөр бүр туршилтын туузаар шалгаж бүртгэнэ. Идэвх шаардлага хангахгүй бол уусмалыг тэр даруй сольно.

## 5. Зайлах, хатаах, хадгалах

Ариутгасны дараа ариун устай зайлж, сувгуудыг 70%-ийн спиртээр, дараа нь шүүсэн агаараар хатаана. Чийгтэй хадгалсан дуранд бактери үрждэг тул бүрэн хатаах нь чухал.

Дуранг тусгай хадгалах шүүгээнд босоо байрлалаар, хавхлага, тагийг салгасан байдлаар хадгална. Тээвэрлэх хайрцагт хадгалахыг хориглоно.

## 6. Бүртгэл

Дуран бүрийн цэвэрлэгээ, ариутгалыг огноо, цаг, дурангийн серийн дугаар, хийсэн ажилтан, ашигласан уусмалын багцын дугаартай бүртгэнэ. Бүртгэл нь халдварын хяналтын шалгалтад шаардагддаг.