

LAPORAN PEMANTAUAN RITME JANTUNG

ID Sesi	S-20261004-200242	ID Pengguna	P-003
Tanggal	4 Oktober 2026	Durasi	2 menit 41 detik
Mulai	04-10-2026 20:02:42	Selesai	04-10-2026 20:05:45

Hasil Pemantauan

Informasi	Hasil
Ritme dominan	Atrial fibrilasi
Deteksi AFib	Terdeteksi: 5 episode, total sekitar 1 menit 48 detik
Laju jantung	80–117 bpm
Laju jantung median	93 bpm
Kualitas sinyal	72% layak dianalisis

AFib dinyatakan terdeteksi hanya bila muncul pada sedikitnya 2 jendela berturut-turut (status ritme stabil).


Log Perubahan Status Ritme

Waktu	Ritme	Laju Jantung
00:12	Sinus normal	85 bpm
00:53	Atrial fibrilasi	116 bpm
01:38	Sinus normal	81 bpm
01:49	Atrial fibrilasi	89 bpm

Hasil per Kategori

Ritme	Proporsi
Atrial fibrilasi	65,3%
Sinus normal	34,7%
Sinus bradikardia	0,0%
Sinus takikardia	0,0%


Linimasa Sesi



Contoh Sinyal dan Penjelasan Model (Grad-CAM)


Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi; angka ungu di antara dua puncak R berurutan adalah interval RR (ms) pada pasangan denyut tersebut.

Sinus normal - pada 00:18-00:28 (menit:detik), keyakinan model 98%



Laju jantung 82 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,029, rentang antar-denyut 692-769 ms). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denyut.

Atrial fibrilasi - pada 00:50-01:00 (menit:detik), keyakinan model 100%



Interval RR sangat tidak teratur (RR-CV 0,239; ritme sinus umumnya di bawah 0,10), rentang antar-denyut 538-1169 ms pada jendela ini, dengan laju rata-rata 96 bpm. Bandingkan angka interval RR yang tercantum pada tiap pasang denyut di gambar dengan RR tetangganya: AFib asli menunjukkan perbedaan yang tidak berpola (bukan sekadar satu denyut menyimpang karena artefak), tanpa gelombang P yang jelas pada garis dasar. Grad-CAM umumnya menyorot area di sekitar denyut dengan jarak tidak teratur dan garis dasar tempat gelombang P seharusnya muncul.

Catatan

Hasil ini merupakan **hasil pemantauan otomatis**, bukan diagnosis medis. Jika terdapat hasil yang mengkhawatirkan atau keluhan kesehatan, lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan tenaga kesehatan.