

	FICHA TECNICA SYNAP		Version	1	Fecha	Junio 2025
			Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	Monitor De Signos Vitales	MARCA	Mindray
MODELO	Mec 1200	REFERENCIA	BMO-MOSIV-00010553
SERIAL	CC22121790	SERVICIO	Ginecologia

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo Monitor De Signos Vitales fabricado por Mindray, modelo Mec 1200. Para uso en instituciones de salud del servicio Ginecologia.

INFORMACION DE REGISTRO

MARCA	Mindray	MODELO	Mec 1200
REFERENCIA	BMO-MOSIV-00010553	SERIAL	CC22121790
SERVICIO	Ginecologia	CLASIFICACION	Segun fabricante

INFORMACION TECNICA

Clase de proteccion	Segun ficha del fabricante
Condiciones de uso	Temperatura 10-30 C, Humedad 15-80%
Condiciones de almacenaje	Temperatura 0-60 C, Humedad max. 90%
Frecuencia de mantenimiento	SEMESTRAL - Res. 4816/2008
Vida util estimada	Segun recomendacion del fabricante