

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SYNAP		Version	3	Fecha	Junio 2025
			Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO	MARCA	NOUVAG
MODELO	LIPOSURG	REFERENCIA	3392
SERIAL	1485U2404R		

PRINCIPIO FISIOLÓGICO DE FUNCIONAMIENTO

LipoSurg es una unidad de control que incluye accionamiento motorizado y bomba peristáltica, utilizada con motor electrónico, pieza de mano, tubos estériles de un solo uso y bomba de vacío para procedimientos PAL.

CLASIFICACION

CLASIFICACION BIOMEDICA	CLASIFICACION DE RIESGO
Equipo de Tratamiento	Riesgo Alto (IIB)

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PRUEBA / ACTIVIDAD	OBSERVACION / COMENTARIO	APROBO	NO APROBO
Limpieza de pieza de mano	Limpiar con agua corriente y jabon enzimatico despues de cada uso.		
Inspeccion de cables	Revisar cable de conexion y alimentacion. Sin cortes ni resecaimiento.		
Limpieza de consola	Limpiar con pano suave. No usar alcohol, thinner ni solventes fuertes.		
Condiciones de almacenaje	Humedad max. 90% Temperatura 0-60 C Presion 700-1060 hPa		
Condiciones de uso	Humedad max. 80% Temperatura 10-30 C Presion 800-1060 hPa		
Verificacion del motor	Verificar velocidad 12.000 rpm y torque maximo 6 Ncm.		
Verificacion bomba	Verificar caudal 1-400 cc/min y presion maxima 2.0 bar.		
Lubricacion micromotor	Lubricar al menos cada tres usos segun fabricante.		
Verificacion del pedal	Verificar funcionamiento y proteccion IPX8.		
Prueba funcional general	Encender y verificar todos los parametros. Sin alarmas activas.		

FIRMA Y APROBACION

Tecnico Ejecutor	Ingeniero Supervisor	Representante IPS
SYNAP	SYNAP	(Institucion)

