

|                                                                                  |                                                    |  |         |                  |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|---------|------------------|--------|------------|
|  | CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO<br>PREVENTIVO<br>SYNAP |  | Version | 1                | Fecha  | Enero 2025 |
|                                                                                  |                                                    |  | Proceso | Servicio Tecnico | Pagina | 1 de 1     |
|                                                                                  |                                                    |  |         |                  |        |            |

|        |                           |            |                    |
|--------|---------------------------|------------|--------------------|
| EQUIPO | Monitor De Signos Vitales | MARCA      | Mindray            |
| MODELO | Mec 1200                  | REFERENCIA | BMO-MOSIV-00010553 |
| SERIAL | CC22121790                | SERVICIO   | Ginecologia        |

## FRECUENCIA Y PROGRAMACION

Equipo Monitor De Signos Vitales serial CC22121790 del servicio Ginecologia. Frecuencia: SEMESTRAL.

| Actividad       | Fecha inicio | Fecha fin   | Responsable               |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------------|
| Mantenimiento 1 | 01-ene-2025  | 31-ene-2025 | Ingeniero Biomedico SYNAP |
| Mantenimiento 2 | 01-jul-2025  | 31-jul-2025 | Ingeniero Biomedico SYNAP |

## OBSERVACIONES

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El mantenimiento se realizara conforme a los procedimientos establecidos. El tecnico de SYNAP se pondra en contacto para coordinar el servicio. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FIRMAS

Ingeniero Responsable  
Ingeniero Biomedico - SYNAP

Aprobado por (Cliente)  
Representante de la IPS