

	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SYNAP	Version	1	Fecha	Junio 2025
		Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	ARCO EN C (1)	MARCA	SIEMENS
MODELO	SIREMOBIL	REFERENCIA	10109
SERIAL	31192	SERVICIO	SALAS DE CX

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

CLASIFICACION BIOMEDICA	CLASIFICACION DE RIESGO
Equipo de tratamiento / diagnostico	Segun registro fabricante

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	APROBO	NO APROBO
Inspeccion visual	Estado fisico del equipo, cables y accesorios.		
Limpieza exterior	Pano suave. Sin solventes fuertes.		
Revision de cables	Sin cortes ni resecamiento.		
Verificacion accesorios	Segun lista de componentes del equipo.		
Prueba funcional	Encender y verificar parametros. Sin alarmas.		
Condiciones ambientales	Temp 10-30 C. Humedad 15-80%.		
Lubricacion (si aplica)	Segun manual del fabricante.		

FIRMAS

Tecnico Ejecutor	Ingeniero Supervisor	Representante IPS
SYNAP	SYNAP	(Institucion)