

	FICHA TECNICA SYNAP	Version	1	Fecha	Junio 2025
		Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA	MINDRAY
MODELO	UMEC 10	REFERENCIA	19828
SERIAL	KN43215545	SERVICIO	SALAS DE CX

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo MONITOR DE SIGNOS VITALES fabricado por MINDRAY, modelo UMEC 10. Para uso en instituciones de salud del servicio SALAS DE CX.

INFORMACION DE REGISTRO

MARCA	MINDRAY	MODELO	UMEC 10
REFERENCIA	19828	SERIAL	KN43215545
SERVICIO	SALAS DE CX	CLASIFICACION	Segun fabricante

INFORMACION TECNICA

Clase de proteccion	Segun ficha del fabricante
Condiciones de uso	Temperatura 10-30 C, Humedad 15-80%
Condiciones de almacenaje	Temperatura 0-60 C, Humedad max. 90%
Frecuencia de mantenimiento	SEMESTRAL - Res. 4816/2008
Vida util estimada	Segun recomendacion del fabricante