

		FICHA TECNICA SYNAP		Version	3	Fecha	Junio 2025
				Proceso	Servicio Tecnico	Pagina	1 de 1
EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO			MARCA	NOUVAG		
MODELO	LIPOSURG			REFERENCIA	3392		
SERIAL	1485U2404R						

DESCRIPCION DEL EQUIPO

LipoSurg es un equipo fabricado y desarrollado en Suiza. Su tecnologia PAL (Power Assisted Liposuction) hace del procedimiento seguro, rapido y capaz de producir resultados iguales o superiores a la tecnica convencional. La consola compacta integra bomba peristaltica para la infiltracion de la solucion tumescente.

INFORMACION DE REGISTRO

MARCA	NOUVAG	MODELO	3362
REGISTRO INVIMA	2019EBC-0020551	CLASIFICACION DE RIESGO	IIB
PAIS DE ORIGEN	Suiza	VIDA UTIL	5 anos

INFORMACION TECNICA

Tension de red	100 V~ / 115 V~ / 230 V~, 50/60 Hz
Fusible	2 fusibles, T 3.15 AL, 250 V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Potencia	120 VA
Peso unidad principal	3.4 kg
Dimensiones	260 x 250 x 110 mm
Clase de proteccion	Clase I
Peso pieza de mano	235 gr
Acoplamiento motor	ISO 3964
Velocidad maxima	12.000 rpm
Torque maximo	6 Ncm
Caudal de la bomba	1 - 400 cc/min
Presion maxima	2.0 bar
Cable del motor	4 m
Frecuencia convertidor	2.700, 3.000, 3.300, 3.600, 3.900 c/m
Proteccion pedal	IPX8

CONDICIONES AMBIENTALES

	Transporte y almacenamiento	Para uso
Temperatura ambiente	0 C ~ +60 C	10 C ~ +30 C
Humedad relativa	10% ~ 93%	15% ~ 80%
Presion atmosferica	700 - 1060 hPa	800 - 1060 hPa

METODOS DE ESTERILIZACION

Se recomienda esterilizar la pieza de mano por el metodo Sterrad y los demas instrumentos en autoclave a vapor maximo 132 C (por gravedad 20 min, por vacio 4-5 min) 20-30 min de secado. Deje enfriar al menos 30 minutos antes del uso.

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

Accesorios	Tobera para lubricar Ref. 19584, tubo de silicona Ref. 29063, canulas
Consumibles	Set de infiltracion Ref. 6022, lubricante