

		HOJA DE VIDA EQUIPO BIOMEDICO SYNAP		Version 3	Fecha 01/06/2025
		Proceso Servicio Tecnico	Pagina 1 de 2		

EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO	MARCA	NOUVAG
MODELO	LIPOSURG	REFERENCIA	3392
SERIAL	1485U2404R		

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE DEL EQUIPO	LIPOSURG - VIBROPLIPO		
RAZON SOCIAL CLIENTE	(Nombre de la IPS)	CIUDAD	(Ciudad)
MARCA	NOUVAG	MODELO	LIPOSURG
REFERENCIA	3392	SERIAL	1485U2404R
FECHA DE COMPRA	10/10/2025	REG INVIMA	2019EBC-0020551
GARANTIA	1 ano	TECNOLOGIA	ELECTRONICA

DATOS DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR	SYNAP	CONTACTO	Equipo SYNAP
DIRECCION	Bogota, Colombia	TELEFONO	(Telefono de soporte)
CORREO	admin@synap.co		

DESCRIPCION DE USO ESPECIFICO

CLASIFICACION BIOMEDICA	CLASIFICACION RIESGO
Tratamiento y Mantenimiento	Moderado (IIA)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

VOLTAJE	110 VAC	MAX. TORQUE	6 Ncm	PESO	3.4 kg
FUSIBLE	3.15 A	VELOCIDAD	12.000 rpm	DIMENSIONES	260x250x110 mm
POTENCIA	120 VA	ACOPLAMIENTO	ISO 3964	VIDA UTIL	5 anos
FRECUENCIA	60 Hz	PROT. PEDAL	IPX8	LUB. MOTOR	SI
CABLE MOTOR	3 M	CABLE PEDAL	3 m	PROTECCION	CLASE I

COMPONENTES Y ACCESORIOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	SERIAL
3362	Consola LipoSurg con cable	1485U2404R
1511	Vario Pedal IPX8	2553F2404R

2101	Micromotor electrico	4278M2406R
5077 NOU	Convertidor reciprocante	3735H2405R
5107	Mango	46462C2406R
1770	Atril	N/A

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

Lubricar dermatomo antes de cada esterilizacion. Lubricar micromotor cada tres usos. No sumergir pieza de mano ni cables.
Esterilizacion en autoclave max. 134 C o en oxido de etileno.

MANTENIMIENTO

FRECUENCIA	SEMESTRAL
------------	-----------