


PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE TECNOVIGILANCIA

BioSteel
DE COLOMBIA S.A.

CONTARÁ CON 3 MODULOS



Módulo	Público Objetivo	Duración Sugerida	Metodología
1. Fundamentos Legales	Asistencial y Almacén	2 horas	Teórica (Virtual / Presencial)
2. Identificación y Reporte Clínico	Solo Asistencial	3 horas	Práctica (Estudios de caso y simulación de llenado de
3. Trazabilidad, Alertas y Retiros	Solo Almacén	3 horas	Práctica (Talleres en bodega, simulación de cuarentena y rastreo de lotes)

BioSteel
DE COLOMBIA S.A.

1

FUNDAMENTOS LEGALES

Programa Institucional de Tecnovigilancia
Implementación de la Resolución 4816 de 2008

Salud

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

PILARES DE LA TECNOVIGILANCIA

¿Qué es?

Es un sistema de vigilancia sanitaria postmercado encargado de identificar, recopilar y evaluar los problemas de seguridad que presentan los dispositivos médicos.

Proposito

Proteger la vida y salud de los pacientes, operadores clínicos y usuarios, mitigando la probabilidad de aparición dedaños colaterales.

Obligatoriedad

Exige a prestadores e importadores diseñar e implementar unprograma institucional permanente con canales internos de control activos.

¿Por qué es crítica la Tecnovigilancia en Ortopedia?

Los implantes y el material de osteosíntesis interactúan directamente con el cuerpo humano, lo que exige un control riguroso en su fase de postmercado.



- Naturaleza del Dispositivo: El material quirúrgico implantable requiere un seguimiento minucioso desde su ingreso al almacén hasta su uso final en cirugía.

- Objetivo de la Norma: Identificar, recolectar y evaluar eventos o incidentes adversos no descritos previamente para mitigar riesgos en salud pública.

¿Por qué es crítica la Tecnovigilancia en Ortopedia?

La Tecnovigilancia es un trabajo en equipo donde la logística y lo asistencial se conectan directamente para proteger al paciente.


Personal de Almacén	Personal Asistencial
Garantiza la recepción técnica, almacenamiento adecuado e integridad del embalaje.	Evalúa el desempeño, calidad y seguridad del dispositivo previo a su uso clínico.
Custodia la trazabilidad (lote, serie, referencia, registro sanitario) antes de que el implante llegue a cirugía.	Identifica, gestiona en campo y notifica los reportes de seguridad en el punto de atención.

"Sin la trazabilidad del almacén, el asistencial no puede reportar de forma segura; sin el reporte del asistencial, el almacén no puede aislar un lote defectuoso".

Defecto de Calidad:

Cualquier característica física o química que esté en contra de las especificaciones definidas por el fabricante. Generalmente se detecta antes del uso clínico.

- Ejemplo: Un empaque estéril roto o un tornillo de osteosíntesis que viene sin la rosca finalizada de fábrica.



Falla de Funcionamiento:

Mal funcionamiento o deterioro en las características o el desempeño del dispositivo médico durante su uso.

- Ejemplo: Instrumental quirúrgico de fijación que se dobla o se fractura en medio del procedimiento médico.

Eventos Adversos (Cuando ocurre un daño real)

Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Evento Adverso Serio: Aquel que pudo haber llevado o llevó a la muerte o al deterioro serio de la salud (amenaza la vida, requiere intervención quirúrgica para prevenir un daño permanente, genera incapacidad permanente parcial o prolonga la hospitalización).

Ejemplo: Fractura de una placa de reconstrucción ya implantada bajo condiciones normales de reposo, obligando a una cirugía de revisión de urgencia.

Evento Adverso No Serio: Daño no intencionado al paciente u operador que ocurre como consecuencia de la utilización del dispositivo, pero que no compromete de forma grave o permanente su salud.



Incidentes Adversos (Casi paso)

Evento Adverso Serio: Potencial daño severo o fatal que no se materializó debido al azar, laintervención oportuna del personal de salud o la activación deunabarrera de seguridad.

Ejemplo: Un equipo de reanimación genera un corto circuito crítico justo antes de serconectado al paciente; se sustituye a tiempo por otro de soporte.

Evento Adverso No Serio: Riesgo potencial de baja gravedad que no causó perjuicio en el paciente por concurrencia de factores de seguridad o detección temprana del operador.

Ejemplo: Una sutura quirúrgica se fractura al sacarla del empaque antes de realizar el punto. Se desecha inmediatamente y se utiliza una nueva.



Las barreras de seguridad

La Barrera de Seguridad: El daño no se consolidó porque el personal técnico o asistencial detectó la anomalía a tiempo antes de implantar o usar el dispositivo.

Mensaje Clave: El incidente es nuestra mayor oportunidad de mejora para retirar lotes del mercado antes de que causen un daño real en el siguiente paciente.



Tiempos de reporte legal

Según el **Artículo 15** de la **RESOLUCIÓN 4816 de 2008**, todos los Eventos e Incidentes Adversos Serios deben ser notificados al INVIMA dentro de las siguientes 72 horas a su ocurrencia.

"Reportar oportunamente un incidente es la única forma de alertar al almacén para detener un lote fallido antes de que cause daños adicionales".



BioSteel
DE COLOMBIA

La seguridad de nuestros procesos y de los pacientes depende de tu capacidad de observación, trazabilidad y reporte.

"En Tecnovigilancia, el silencio es el mayor riesgo".

Salud

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.