

**Keuringsrapport VRG**

Fabrikaat:	Capelec	Naam:	Auto Keistad
Type:	CAP3201-4GAZ	Adres:	Ampereweg 1 a
Serienr.:	11801	Plaats:	BUNSCHOTEN-
Typekeuringsnummer:	LNE - 6688		SPAKENBURG

Algemeen		OK		Fout	
Verzegeling onbeschadigd		X			
Omgevingstemperatuur +5 tot 40 °C		X			
NL handleiding		X			
NL opschriften / conformiteit		X			
Alle losse onderdelen aanwezig		X			
Voedingsspanning		X			
Electronische / mechanische werking		X			
Optische controle olietemp. / rpm opnemer / slangen		X			
Conformiteit		OK		Fout	
Controle onmogelijkheid meting tijdens opwarmen		X			
Softwareversie:		3.71			
Checksum:		beef			
Debiet voldoende		X			
Lowflow / lektest		X			
Responstijd CO, CO2, HC < 15 sec. 95 % vol		X			
Responstijd O2 binnen 60 sec. < 0,1 % vol		X			
Metingen:					
Mengsel L - PEF: 0.565	Waarde	OK	Fout	Meting	
CO (%)	± 0.2521	X		0.24	
CO2 (%)	± 2.974	X		2.8	
Prop (ppm)	± 78.4	X		40	
Mengsel E - PEF: 0.565	Waarde	OK	Fout	Meting	
CO (%)	± 0.5	X		0.50	
CO2 (%)	± 6	X		5.8	
Prop (ppm)	± 198.5	X		109	
O2 (%)	± 0.49	X		0.48	
Mengsel F - PEF: 0.567	Waarde	OK	Fout	Meting	
CO (%)	± 1	X		0.99	
CO2 (%)	± 9.99	X		9.8	
Prop (ppm)	± 601	X		342	
O2 (%)	± 9.99	X		10.0	
Mengsel G - PEF: 0.571	Waarde	OK	Fout	Meting	
CO (%)	± 3.506	X		3.41	
CO2 (%)	± 13.93	X		13.6	
Prop (ppm)	± 1992	X		1141	
O2 (%)	± 20.97	X		21.0	
Bijzonderheden					
Test percentage zuurstofcel 0-100 %		96			



Spanning zuurstofcel 0-12 mV 10

Zuurstofcel ouder dan 2 jaar	Nee
Advies vervangen zuurstofcel	Nee

Opmerkingen:

Keuringstechnicus:

G. Bloemendal

Keuringsdatum:

19 januari 2026

Handtekening: