



Keuringsrapport VRG

Fabrikaat:	Capelec	Naam:	Automobiëlbedrijf
Type:	CAP3201-4GAZ		Stuurman
Serienr.:	10334	Adres:	Lelystraat 99
Typekeuringsnummer:	LNE - 6688	Plaats:	SLIEDRECHT

Algemeen		OK		Fout	
Verzegeling onbeschadigd		X			
Omgevingstemperatuur +5 tot 40 °C		X			
NL handleiding		X			
NL opschriften / conformiteit		X			
Alle losse onderdelen aanwezig		X			
Voedingsspanning		X			
Electronische / mechanische werking		X			
Optische controle olietemp. / rpm opnemer / slangen		X			
Conformiteit		OK		Fout	
Controle onmogelijkheid meting tijdens opwarmen		X			
Softwareversie:		3.71			
Checksum:		beef			
Debiet voldoende		X			
Lowflow / lektest		X			
Responstijd CO, CO2, HC < 15 sec. 95 % vol		X			
Responstijd O2 binnen 60 sec. < 0,1 % vol		X			
Metingen:					
Mengsel L - PEF: 0.540	Waarde	OK	Fout	Meting	
CO (%)	± 0.2521	X		0.25	
CO2 (%)	± 2.974	X		2.8	
Prop (ppm)	± 78.4	X		41	
Mengsel E - PEF: 0.540	Waarde	OK	Fout	Meting	
CO (%)	± 0.503	X		0.50	
CO2 (%)	± 6.03	X		6.1	
Prop (ppm)	± 198.8		X	108	
O2 (%)	± 0.503	X		0.57	
Mengsel F - PEF: 0.539	Waarde	OK	Fout	Meting	
CO (%)	± 1	X		1	
CO2 (%)	± 9.99	X		10.3	
Prop (ppm)	± 601	X		326	
O2 (%)	± 9.99	X		10.2	
Mengsel G - PEF: 0.537	Waarde	OK	Fout	Meting	
CO (%)	± 3.506	X		3.42	
CO2 (%)	± 13.93	X		13.8	
Prop (ppm)	± 1992	X		1057	
O2 (%)	± 20.97	X		21.4	
Bijzonderheden					
Test percentage zuurstofcel 0-100 %		100			



Spanning zuurstofcel 0-12 mV

8

Zuurstofcel ouder dan 2 jaar	Nee
Advies vervangen zuurstofcel	Ja

Opmerkingen:

nieuwe 02 cell 3 maanden geleden vervangen, nu al wonder de 9 mv

Keuringstechnicus:

P.A. Klaucke

Keuringsdatum:

19 januari 2026

Handtekening: