

**Keuringsrapport PDM**

Fabrikaat::	HKM	Naam:	Auto Keistad
Type::	PKH 3.0	Adres:	Ampereweg 1 a
Serienr.:	2019957410820028	Plaats:	BUNSCHOTEN-
Typekeuringsnummer::	T7961		SPAKENBURG
Meetbereik:	0 - 1000 N		

Conformiteit		OK	Fout
Verzegeling onbeschadigd		X	
Typekeuringscert. met bijlage + doc. aanw.		X	
Merk en type krachtopnemer		X	
Aanwezige printplaten		X	
Softwareversie:		V2.07	
Checksum:		4472	
Algemeen		OK	Fout
Omgevingstemperatuur		X	
NL handleiding en NL opschriften		X	
Voedingsspanning		X	
Electronische / mechanische werking		X	
Optische controle krachtopn. / snoer		X	
Pedaalkrachtmetertest			
Belasting (N)	Aanwijzing (N)	Verschil (N)	
0	0	0	
200	200	0	
400	399	1	
600	598	2	
800	796	4	
700	697	3	
500	498	2	
300	299	1	
100	100	0	
0	0	0	
Excentrischtest			
Excentrisch		Aanwijzing	
200 <		200	
200 ^		200	
200 >		200	
200 v		200	

Opmerkingen:

Keuringstechnicus:

G. Bloemendal

Keuringsdatum:

19 januari 2026

Handtekening:



Keuringrapport 4.13.12 | Rev. 2 | 23-8-2017

JN Testapparatuur  
Marconiweg 22 B  
8071 RA Nunspeet  
Tel. 06 - 23646600

