



### Keuringsrapport DLT

Fabrikaat:	Capelec	Naam:	Auto Keistad
Type:	CAP3070	Adres:	Ampereweg 1 a
Serienr.:	02250	Plaats:	BUNSCHOTEN-
Typekeuringsnummer:	T8986		SPAKENBURG

<b>Conformiteit</b>		OK	Fout	
Verzegeling onbeschadigd		X		
Typekeuringscert. met bijlage + doc. aanw.		X		
Merk en type power supply		X		
Aanwezige printplaten		X		
Meting onmogelijk tijdens opwarmen		X		
Softwareversie:		1.00		
Checksum:		BD6C		
Toelating en serienr. op afdruk aanwezig		X		
Lektest		X		
<b>Algemeen</b>		OK	Fout	
Omgevingstemperatuur +5 tot 40 °C		X		
NL handleiding en NL opschriften		X		
Voedingsspanning		X		
Electronische / mechanische werking		X		
Optische contr. / alle onderdelen aanwezig		X		
<b>Lineariteitstest</b>				
Punt	waarde +/- 25%	OK	Fout	Meting
1	1.003,515 #/cm3	X		845,000
2	117,640 #/cm3	X		118,000
3	0,000 #/cm3	X		2,000

Opmerkingen:

Keuringstechnicus: G. Bloemendal

Keuringsdatum: 19 januari 2026

Handtekening: