| | | |
|---|---|---|
| **LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE I PIELĘGNIARSTWO Sp. z o.o.**<br>ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz<br>NIP: 6392023251 \| REGON: 389900423 \| KRS: 0000920762<br>Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichon | **PROCEDURA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**<br>PROCEDURA OTWIERANIA OPAKOWAŃ STERYLNYCH | **Nr procedury:** ...<br>**Wersja:** 1.0<br>**Data:** ...<br>**Zatwierdził:** |

## 1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie prawidłowego sposobu otwierania opakowań sterylnych w celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji sterylnego sprzętu i narzędzi oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom.

## 2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki wykonujących czynności związane z otwieraniem sterylnych opakowań (papierowych, foliowo-papierowych, włókninowych, kontenerów itp.) w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

## 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za nadzór nad procedurą oraz jej wdrożenie i przestrzeganie odpowiada **wyznaczona osoba nadzorująca**.
2. Za bezwzględne przestrzeganie i prawidłowe stosowanie procedury podczas otwierania pakietów odpowiada **każdy pracownik** wykonujący te czynności.

## 4. WYPOSAŻENIE / ŚRODKI

**Wykaz niezbędnych środków:**

- Zestaw / narzędzia w opakowaniu sterylnym
- Nożyczki (do otwierania torebek papierowych)

- Jałowe rękawiczki (do otwierania wewnętrznych warstw pakietów włókninowych/krepowanych)

## 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA (KROK PO KROKU)

1. **Kontrola wstępna:** Przed otwarciem opakowania upewnij się, że jest ono nieuszkodzone oraz sprawdź datę ważności.
2. **Torebki papierowe:** Otwieraj zawsze przy pomocy nożyczek. Rozrywanie opakowań jest zabronione – może prowadzić do kontaminacji sprzętu kurzem z zewnętrznej części opakowania lub drobinkami papieru.
3. **Opakowania jedno- i wielowarstwowe (papierowo-foliowe, włókninowo-foliowe, Tyvek-folia):** Zwróć uwagę na znak graficzny na spawie informujący o kierunku otwierania. Bezwzględnie stosuj się do zaleceń producenta.
4. **Torebki papierowo-foliowe:** Otwieraj w wyznaczonych miejscach (najczęściej fabrycznie przygotowane narożniki), oddzielając warstwę folii od warstwy papieru.
5. **Mankiety papierowo-foliowe:** Otwieraj oddzielając warstwę folii od papieru, chwytając za brzeg opakowania pozostawiony poza zgrzewem.
6. **Pojemniki sterylizacyjne (kontenery):** Otwieraj trzymając tylko za uchwyty w pokrywie. Po jej zdjęciu rozwiń sterylną serwetę stanowiącą wewnętrzne wyłożenie pojemnika i przykryj brzegi pojemnika.
7. **Opakowania z papieru krepowanego i włókniny:** Rozwijaj kolejno warstwy w taki sposób, aby warstwa zewnętrzna nie miała kontaktu z powierzchnią wewnętrzną. Wewnętrzna warstwa (zielona lub biała) musi być otwierana przez osobę w jałowych rękawiczkach.
8. **Weryfikacja sterylności i dokumentacja:** Po otwarciu sprawdź test (wskaźnik sterylizacji). Jeśli jest prawidłowy – przeznacz narzędzia do użytku. Następnie test (po opisaniu datą sterylizacji spisaną z pakietu) dołącz do dokumentacji pacjenta.

**Uwaga:**

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania, przekroczenia daty ważności lub nieprawidłowego wyniku wskaźnika sterylizacji – sprzęt należy traktować jako niesterylny!

## 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Instrukcja otwierania opakowań sterylnych
2. Dokumentacja pacjenta